

ارزیابی دقّت اندازه‌گیری خطی Con-beam Computerized Tomography در مندیبل خشک

مریم تقچی‌ها^۱، جمشید پورصمیمی^۲، ثمره کفیل‌زاده^۳، مهشید مینی^{*}

خلاصه

هدف: هدف از این مطالعه ارزیابی دقّت اندازه‌گیری‌های خطی به دست آمده از CBCT (Cone-beam Computerized Tomography) در مندیبل خشک، از طریق مقایسه آن با روش اندازه‌گیری مستقیم بود.

روش: در این مطالعه از ۲ مندیبل خشک انسانی استفاده شد. روی هر مندیبل ۱۳ ناحیه انتخاب گردید. تصاویر CBCT از نمونه‌ها تهیه و در هر یک از نواحی مشخص شده سه فاصله خطی با استفاده از نرم افزار Planmeca Romexis 2.3.0.R اندازه‌گیری شد. سپس نمونه‌ها بر شد و با استفاده از یک کالیپر دیجیتالی، اندازه‌گیری‌های مشابهی بر روی آنها انجام شد. در نهایت مقادیر به دست آمده از دو روش اندازه‌گیری CBCT و کالیپر دیجیتالی توسط آزمون آماری t-test مورد مقایسه قرار گرفتند.

یافته‌ها: میانگین اختلاف مقادیر به دست آمده از اندازه‌گیری‌های خطی CBCT و کالیپر دیجیتالی، در ارتباط با ارتفاع ریج، پهنای ریج و فاصله کروست تا کانال به ترتیب 47 ± 1 mm و 78 ± 0 mm و 0.76 ± 0.00 mm بود که این اختلاف تنها در ارتباط با ارتفاع ریج معنی‌دار بود ($P < 0.05$). بین مقادیر به دست آمده از روش CBCT و استاندارد طلایی همبستگی بالای وجود داشت.

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه آزمایشگاهی بر روی استخوان مندیبل نشان داد که با وجود اختلاف آماری معنی‌دار در اندازه‌گیری‌های مربوط به ارتفاع ریج، این اختلاف از نظر بالینی قبل ملاحظه نمی‌باشد. بنابراین به نظر می‌رسد که CBCT می‌تواند یک روش سودمند در ارزیابی‌های پیش از جراحی ایمپلنت باشد.

واژه‌های کلیدی: Cone beam computerized tomography، دقّت اندازه‌گیری، ایمپلنت دندانی، مندیبل خشک انسانی

۱-دانشیار گروه رادیولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین-۲-استادیار گروه پریو، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین-۳-دانشجوی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین-۴-استادیار گروه رادیولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
*نویسنده مسؤول، آدرس پست الکترونیک: mobini.mahshid@yahoo.com

دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۸/۱۵ دریافت مقاله اصلاح شده: ۱۳۹۲/۱/۲۴ پذیرش مقاله: ۱۳۹۲/۲/۴

مقدمه

(Overlapping) و محو شدگی و نیز به منظور کاهش خطر اشعه، CBCT به بازار عرضه شد (۱۰) که یک روش نسبتاً جدید است و اطلاعات سه بعدی با درجه بالایی از دقت را در اختیار قرار می‌دهد (۱۱).

از آنجا که تکنولوژی CT با CBCT از نقطه نظر منبع اشعه، Detectorها و نحوه بازسازی متفاوت است بنابراین ویژگی‌های تصویر آنها نیز می‌توانند با هم متفاوت باشد (۱۲).

با وجود اطلاعات زیاد در مورد کاربردهای متفاوت CBCT، مقالات در زمینه دقت و کیفیت تصویر جهت ارزیابی مورفو‌لوزی استخوان بسیار محدود است (۱۳). هم‌چنین اغلب مطالعات CBCT را با MSCT (Multislice Computed Tomography) و MDRCT (Multidetector-row Computed Tomography) اسپیرال به عنوان استاندارد طلایی مقایسه کرده‌اند (۱۴). اشکال مقایسه CBCT با سایر دستگاه‌های CT این است که همگی این دستگاه‌ها دارای مقداری خطای اندازه‌گیری هستند (۱۵). با توجه به اینکه CBCT یک روش نسبتاً جدید است، ما بر آن شدیم که دقت این تکنیک را در ارزیابی‌های قبل از حاگذاری ایمپلنت در مقایسه با تصاویر واقعی مورد مطالعه قرار دهیم. امید است نتایج این تحقیق بتواند دقت این روش را معرفی نموده و کمکی برای تصمیم‌گیری‌های قبل از جراحی در طرح درمان‌های ایمپلنت باشد.

روش بررسی

در این مطالعه از دو مندیل خشک که کاملاً بی‌دندان بودند استفاده شد. در ابتدا از مندیل‌ها به منظور بررسی کتراس‌ت داتی و وجود کاهش دانسیته استخوانی رادیوگرافی پانورامیک تهیه گردید و مندیل‌هایی که حدود کanal آلوئولار آنها به صورت دوطرفه واضح بود ۱۳ جهت مطالعه انتخاب شدند. در هر یک از مندیل‌ها ناحیه در نظر گرفته شد و برای مشخص نمودن این مناطق از نشانگر گوتاپرکای شماره ۶۰ که توسط چسب قطره‌ای

جراحی‌هایی از قبیل جراحی دندان مولر سوم، قرار دادن ایمپلنت، استئوتومی و ترمیم شکستگی‌هایی که ساختارهای مجاور ناحیه کanal مندیل را در گیر کرده باشند، جهت پیشگیری از ایجاد آسیب‌های پرخطر، نیازمند اطلاعات دقیق از محل کanal و دسته عروقی عصبی می‌باشد. فاصله بین کanal مندیل و ایمپلنت‌های دندانی به قدری کم است که قطعاً نیازمند ارزیابی‌های پیش از جراحی می‌باشد (۱۶). ارزیابی‌های پیش از جراحی شامل ridge mapping و معاینات رایولوزی است. Ridge mapping به تهابی برای پیش‌بینی دقیق مورفو‌لوزی و میزان استخوان باقی مانده جهت قرار دادن ایمپلنت، خصوصاً در نواحی قدام ماگزیلا، کافی نیست. بنابراین استفاده از رادیوگرافی‌ها جهت دستیابی به اطلاعاتی در رابطه با کیفیت و کمیت استخوان و تعیین محل لندهارک‌های آناتومیکی توصیه می‌گردد (۳). رادیوگرافی‌های موجود برای تعیین محل کanal مندیل شامل رادیوگرافی‌های پری اپیکال، پانورامیک، CT، CBCT(Cone Beam Computerized Tomography) و (Spiral Computed Tomography) می‌باشند. رادیوگرافی‌های معمولی اگرچه در بعد مزیودیستالی نسبتاً دقیق هستند، اما قادر به دادن اطلاعات در بعد باکولینگوالی نمی‌باشند. علاوه بر آن، حضور صفحه باکال با اندازه‌گیری دقیق ساختارهای استخوانی مانند ضایعات پری اپیکال تداخل می‌کند (۴). از معایب رادیوگرافی پانورامیک می‌توان به ایجاد تصاویری با بد شکلی (Distortion) اشاره کرد که مانع از حصول اندازه‌گیری‌های دقیق می‌گردد (۵). بنابراین استفاده از روش‌های تصویربرداری مقطعي برای تعیین محل دقیق لندهارک‌های آناتومیکی مانند سوراخ چانه‌ای و کanal مندیل توصیه می‌گردد (۶). CT تصاویر سه بعدی ارائه داده که ساختارهای آناتومیکی را با دقت بیشتری نسبت به رادیوگرافی‌های معمولی نشان می‌دهد (۸) اما به دلیل دوز اشعه بالا و هزینه زیاد، در تشخیص‌های رایج مورد استفاده قرار نمی‌گیرد (۹). به منظور ترکیب مزایای CT که شامل دقت بالا و تهیه تصاویری بدون روی هم افتادگی

قطعه، فاصله کرست آلوئول تا لبه فوقانی کانال مندیبل و ضخامت مندیبل از نقطه میانی مارکرهای سطوح باکال و لینگوال، با استفاده از کولیس دیجیتالی (Kawasaki, Japan) با دقت 0.01 mm مورد اندازه‌گیری قرار گرفت.

با توجه به اینکه از هر ناحیه با ایجاد یک برش، دو سطح پدید می‌آید، اندازه‌گیری‌های مذکور بر روی هر دو سطح انجام شد و میانگین اعداد بدست آمده به عنوان مقادیر نهایی ثبت گردید. کلیه اندازه‌گیری‌های مربوط به CBCT و روش مستقیم، به منظور بررسی تکرارپذیری مجددًا با فاصله زمانی معادل یک هفته تکرار و میانگین آنها محاسبه شد (۱۱).

نتایج

در این مطالعه ۲۶ محل بر روی دو مندیبل خشک تحت تصویربرداری با CBCT قرار گرفتند. سپس با تهیه برش از محل‌های علامت‌گذاری شده، مقادیر واقعی به دست آمد. میانگین و انحراف میان مقادیر به دست آمده از اندازه‌گیری سه متغیر، ارتفاع کلی ریج، پهناهی ریج و فاصله کرست تا لبه فوقانی کانال مندیبل در دو روش CBCT و روش مستقیم محاسبه گردید میان مقادیر به دست آمده از CBCT و اندازه‌گیری به روش مستقیم، در ارتباط با ارتفاع کلی ریج از نظر آماری اختلاف معنی‌داری وجود داشت ($P < 0.05$). این اختلاف در رابطه با پهناهی ریج و فاصله کرست تا لبه فوقانی کانال معنی‌دار نبود ($P > 0.05$). نتایج در جدول ۱ نشان داده شده‌اند.

میزان همبستگی بر اساس ضریب همبستگی پیرسون ارزیابی شد. بیشترین همبستگی مربوط به فاصله کرست تا لبه فوقانی کانال، و پس از آن به ترتیب مربوط به ارتفاع کلی و پهناهی ریج می‌باشد. طبعاً هرچه همبستگی به یک نزدیک‌تر باشد، همبستگی قوی‌تر خواهد بود. پراکندگی خطاهای در دامنه ± 1 در اندازه‌گیری هر یک از متغیرها در جدول ۲ خلاصه شده است.

در محل ثابت شده بود استفاده گردید. نحوه قرارگیری گوتاپر کاها به گونه‌ای بود که برای ایجاد یک سطح، در هر ناحیه سه گوتا، یکی در سطح باکال، یکی در سطح لینگوال و دیگری بر روی رأس کرست آلوئول قرار داده شده بود. سپس از مندیبل‌ها تصاویر CBCT تهیه گردید. برای تهیه تصاویر از دستگاه Promax 3D: Planmeca, Helsinki, Finland) Planmeca شد. Kvp و mA دستگاه بسته به دانسیتیه مندیبل‌های مورد مطالعه، تنظیم گردید. مندیبل‌ها بر روی دستگاه ثابت و با اشعه ای معادل 84 kVp ، به مدت ۵ ثانیه تصویربرداری شدند. سپس با استفاده از نرم افزار Planmeca Romexis 2.3.0.R برش‌هایی به ضخامت 2 mm تهیه شد. برش‌ها به گونه‌ای بود که از هر ناحیه علامت‌گذاری شده یک برش تهیه گردید. بر روی برش‌های تهیه شده، ارتفاع کلی در امتداد محور طولی هر قطعه، فاصله کرست آلوئول تا لبه فوقانی کانال مندیبل و ضخامت مندیبل با استفاده از نرم افزار و توسط یک متخصص رادیولوژی فک و صورت اندازه‌گیری شد.

برای تعیین ارتفاع هر قطعه، بلندترین خطی که راس کرست آلوئول را به بردن تحتانی مندیبل وصل می‌نمود به عنوان ارتفاع کلی در نظر گرفته می‌شد. از همان نقطه واقع در راس کرست که برای تعیین ارتفاع کلی استفاده شده بود، خطی تا لبه فوقانی کانال مندیبل ترسیم شد که فاصله کرست تا کانال را نشان می‌داد. برای تعیین عرض استخوان، خطی که نقطه میانی گوتاهای واقع در سطح باکال و لینگوال را بهم متصل می‌نمود ترسیم شده و طول آن به عنوان ضخامت استخوان آلوئول ثبت گردید.

مندیبل‌ها به بخش آناتومی دانشگاه تهران منتقل شدند و از روی مناطق مشخص شده با گوتاپر کا که به صورت یک سطح علامت‌گذاری شده بود، به وسیله اره برقی (Gerpuff simex sicherheit) ساخت کشور آلمان) و با تیغه شماره ۳ برش زده شدند.

پس از تهیه برش‌ها، بر روی هر یک از قطعات برش خورده مجددًا ارتفاع کلی در امتداد محور طولی هر

جدول ۱. مقایسه میانگین (میلی متر) و انحراف معیار مقادیر به دست آمده از CBCT و اندازه‌گیری به روش مستقیم

P value	SEM	روش مستقیم میانگین ± انحراف معیار	روش CBCT میانگین ± انحراف معیار	تعداد	عوامل اندازه‌گیری شده
۰/۰۳۲	۰/۰۹	۴/۴۰±۲۲/۷۷	۴/۲۲±۲۲/۲۹	۲۳	ارتفاع کلی ریج
۰/۳۷۸	۰/۱۶۳	۱/۰۷±۹/۸۱	۱/۱۹±۹/۶۷	۲۳	پهنای ریج
۰/۹۸۳	۰/۱۸۷	۳/۴۳±۷/۶۶	۳/۷۸±۷/۶۶	۱۷	فاصله کرست تا کanal

جدول ۲. فراوانی خطاهای در محاسبه ارتفاع و فاصله راس کرست تا بردر فوقانی کanal به تفکیک CBCT و مقادیر واقعی

>خطا +1		<خطا +1mm		<خطا -1mm		عوامل اندازه‌گیری شده	
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	ارتفاع کلی ریج	
۴	۲	۶۵	۱۵	۳۰/۴	۷	ارتفاع کلی ریج	
۸	۲	۷۸	۱۸	۱۳	۳	پهنای ریج	
۶	۱	۷۶/۴	۱۳	۱۷/۶	۳	فاصله کرست تا کanal	

مطالعه حاضر می‌تواند به دلیل تفاوت در محل مورد مطالعه باشد، چرا که در مطالعه مذکور از استخوان ماگزیلا استفاده شده بود.

در ارتباط با مقادیر به دست آمده از پهنای ریج آلوئول، بین مقادیر به دست آمده از CBCT و مقادیر واقعی اختلاف معنی‌داری وجود نداشت.

در مطالعه‌ای توسط Loubel در سال ۲۰۰۷ دقیقت اندازه‌گیری CBCT و توموگرافی اسپیرال در تعیین ضخامت استخوان با استفاده از ۲۵ مندیل خشک بررسی گردید. در این مطالعه از تعداد نمونه بیشتری نسبت به مطالعه حاضر استفاده شده، اما نحوه تعیین استاندارد طلایی در این دو مطالعه با یکدیگر متفاوت بود. اندازه‌گیری‌های مستقیم در مطالعه مذکور برخلاف مطالعه حاضر بدون برش استخوان انجام شده بود، که این خود می‌تواند از دلایل تفاوت در نتایج این دو مطالعه باشد (۱۶).

نتایج به دست آمده از مطالعه Loubel (Loubel) و همکاران در سال ۲۰۰۸ و گولت (Goulet) و همکاران در رابطه با

بحث نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اندازه‌گیری‌های به دست آمده از CBCT در تعیین ارتفاع استخوان به میزان معنی‌داری کمتر از اندازه‌های به دست آمده به روش مستقیم بود (P<۰/۰۵) که در این ارتباط می‌توان به ضعف CBCT در نشان دادن بردر تختانی مندیل در ناحیه قدامی اشاره نمود. در سال ۲۰۱۰ Leung در مطالعه‌ای دقیقت اندازه‌گیری ارتفاع استخوان آلوئول توسط CBCT را مورد مطالعه قرار داد. در مطالعه دیگری Kobayashi دقیقت اندازه‌گیری خطی LCBCT و CT اسپیرال را بررسی نمود که نتایج هر دو مطالعه همچون مطالعه حاضر، اختلاف معنی‌داری را با اندازه‌گیری به روش مستقیم نشان داد (۱۳، ۱۵).

در مطالعه دیگری در سال ۲۰۰۸، دقیقت اندازه‌گیری خطی CBCT در تعیین ارتفاع استخوان آلوئول ماگزیلا مورد مطالعه قرار گرفت که هیچ اختلاف معنی‌داری میان اندازه‌های به دست آمده از رادیوگرافی و اندازه‌گیری به روش مستقیم دیده نشد (۱۷). علت این اختلاف با نتایج

مطالعه کنونی برای ارتفاع ریج، پهنهای ریج و فاصله کrstت تا کanal به ترتیب $0/89\text{ mm}$ ، $0/53\text{ mm}$ و $0/59\text{ mm}$ بود.

از جمله عوامل تاثیرگذار در اندازه‌گیری‌های خطی در تصاویر CBCT می‌توان به نحوه عملکرد مشاهده‌گر بر اساس میزان آشنازی با سیستم و تجربه در این زمینه، انتخاب نقاط مرجع، حساسیت mouse کامپیوتر پردازش کننده و قابلیت‌های نرم افزار مورد استفاده، اشاره کرد (۱۱).

در این مطالعه اندازه‌گیری‌ها توسط یک متخصص رادیولوژی فک و صورت که به نحوه استفاده از نرم افزار آشنازی کامل داشته، انجام گرفته است.

عامل تاثیرگذار دیگر در کیفیت تصاویر CBCT، وجود بافت نرم است. نبودن بافت نرم در اطراف استخوان محوشدگی تصویر را کاهش می‌دهد. از طرفی حرکت بیمار نیز می‌تواند منجر به افزایش میزان محوشدگی گردد.

ضخامت لایه وضوح نیز می‌تواند نتایج حاصل از تحقیق را تحت شعاع قرار دهد. در این مطالعه ضخامت لایه وضوح بر اساس ضخامت گوتاپر کا حدود 1 mm در نظر گرفته شد (۱۹).

در این گونه مطالعات، گاه آرتیفیکت و یا فضاهای مغز استخوان می‌تواند به عنوان مقطعی از کanal در نظر گرفته شود و اندازه‌گیری‌های ناحیه کanal را با مشکل روپرتو کند (۱۹).

از جمله عوامل تاثیرگذار دیگر می‌توان به میزان کتراست تصاویر CBCT اشاره نمود. به گونه‌ای که با تغییر کتراست میزان noise ناشی از ساختارهای اطراف و بنابراین وضوح حاشیه کورتیکال استخوان تغییر می‌کند. به نظر می‌رسد در اندازه‌گیری‌های مربوط به ارتفاع این مسئله مشهودتر باشد چراکه noise ایجاد شده از ساختارهای اطراف، در لبه فوقانی و تحتانی نسبت به سایر نواحی بیشتر است (۲۰).

بهطور کلی خطای اندازه‌گیری در تصاویر رادیوگرافی جهت ارزیابی درمان‌های ایمپلنت باید کمتر از 1 mm باشد (۱۱،۱۹،۲۰).

اندازه‌گیری عرض استخوان آلوئول مشابه مطالعه حاضر بود و هیچ اختلاف معنی‌داری میان اندازه‌گیری‌های CBCT با مقادیر واقعی وجود نداشت (۱۷،۱۸).

در مطالعه حاضر اندازه‌گیری‌های مربوط به فاصله کrstت تا لبه فوقانی کanal نیز اختلاف معنی‌داری نشان نداد که این یافته مشابه با یافته‌های کیم (Kim) و همکاران و کامبوراگلو (Kamburaglu) و همکاران می‌باشد (۱۱،۱۹).

در اندازه‌گیری‌های ناحیه کanal مندیبل توسط CBCT گزارش شده که دقت CBCT با اندازه‌گیری‌های به دست آمده از کالیپر دیجیتالی قبل مقایسه است (۱۱).

در مطالعه دیگری با هدف مقایسه دقیق CBCT و اندازه‌گیری مستقیم در تعیین کanal مندیبل و ساختارهای اطراف آن فاصله آپکس دندان‌های خلفی تا لبه فوقانی کanal مندیبل به دو روش مستقیم و استفاده از CBCT اندازه‌گیری شده و نتایج هیچ اختلاف معنی‌داری میان این دو روش نشان نداده است (۱۹).

پینسکی (Pinsky) و همکاران در سال ۲۰۰۶ طول و عرض حفراتی که با اندازه مشخص در مندیبل ایجاد شده بودند را توسط CBCT اندازه‌گیری نمود. نتایج اختلاف معنی‌داری میان اندازه‌گیری‌های CBCT و اندازه‌گیری به روش مستقیم نشان داد ($P<0.01$). با این حال آنها گزارش نمودند که این اختلاف از نظر بالینی معنی‌دار نمی‌باشد. بنابراین CBCT می‌تواند در اندازه‌گیری‌های کوچک همانند ضایعات کوچک استخوانی، دقت بالینی قابل قبولی داشته باشد (۲۰).

پریاگو (Periago) و همکاران نیز در بررسی دقیق تصاویر CBCT در اندازه‌گیری‌های خطی نتایج مشابهی به دست آورد. به طوری که در مطالعه آنان، اگرچه اختلاف معنی‌داری میان اندازه‌گیری مستقیم و CBCT به دست آمد، اما این اختلاف از نظر بالینی معنی‌دار نبود (۲۱).

Leung و Mischkowski Kobayash و همکارانشان جهت توصیف میزان خطای میانگین مطلق خطاهای را محاسبه نمودند و میزان آن را به ترتیب $0/06\text{ mm}$ و $0/026\text{ mm}$ و $0/022\text{ mm}$ گزارش نمودند. (۲۲ و ۱۵ و ۱۳) میانگین مطلق خطاهای در

این اختلاف با مقادیر واقعی تنها در ارتباط با ارتفاع ریج از لحاظ آماری معنی‌دار است ($P < 0.05$).

از آنجا که خطای اندازه‌گیری در تصاویر رادیوگرافی جهت ارزیابی درمان‌های ایمپلنت باید کمتر از 1 mm باشد، (۱۱، ۱۹، ۲۰) می‌توان گفت که با وجود اختلاف آماری معنی‌دار در ارتباط با تعیین ارتفاع ریج آلوئول، این اختلاف از نظر بالینی قابل ملاحظه نمی‌باشد.

بنابراین می‌توان عنوان کرد که CBCT می‌تواند یک روش سودمند در ارزیابی‌های پیش از جراحی ایمپلنت باشد.

در مطالعه حاضر میانگین خطای اندازه‌گیری شده توسط CBCT در پارامترهای موردن بررسی از قبیل، ارتفاع، عرض و فاصله تا کanal به ترتیب 47 ± 0.47 mm، 14 ± 0.14 mm و 0.4 ± 0.04 mm می‌باشد. در سایر مطالعات نیز میانگین این خطای کمتر از 1 mm بوده است.

نتیجه‌گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که اگرچه CBCT اندازه‌گیری‌های مربوط به ارتفاع ریج، پهنای ریج و فاصله کرست تا کanal را کمتر از مقادیر واقعی نشان می‌دهد، اما

References

- Denio D, Torabinejad M, Bakland LK. Anatomical relationship of the mandibular canal to its surrounding structures in mature mandibles. *J Endod* 1992; 18(4): 161-5.
- Abrahms JJ. Dental implants and multiplanar imaging of the jaw. In: Som PM, Curtin HD, editors. Head and neck imaging. 3rd ed. St Louis: Mosby; 1996. p. 350-74.
- Allen F, Smith DG. An assessment of the accuracy of ridge-mapping in planning implant therapy for the anterior maxilla. *Clin Oral Implants Res* 2000; 11(1):34-8.
- Bender IB. Factors influencing the radiographic appearance of bony lesions. *J Endod* 1997; 23(1): 5-14.
- Phillips JL, Weller RN, Kulild JC. The mental foramen: 3. Size and position on panoramic radiographs. *J Endod* 1992; 18(8): 383-6.
- Bou Serhal C, Jacobs R, Flygare L, Quirynen M, Van Steenberghe D. Perioperative validation of localization of the mental foramen. *Dentomaxillofac Radiol* 2002; 31(1):39-43.
- Bou Serhal C, Van Steenberghe D, Quirynen M, Jacobs R. Localization of the mandibular canal using conventional spiral tomography: a human cadaver study. *Clin Oral Implants Res* 2001; 12(3):230-6.
- Klinge B, Petersson A, Maly P. Location of the mandibular canal: comparison of microscopic findings, conventional radiography, and computed tomography. *Int J Oral Maxillofac Implants* 1989; 4(4): 327-32.
- Ludlow JB, Lester WS, See M, Bailey LJ, Hershey HG. Accuracy of measurements of mandibular anatomy in cone beam computed tomography images. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2007; 103(4): 534-42.
- Ludlow JB, Davies-Ludlow, Broks SL. Dosimetry of two extraoral direct digital imaging devices: NewTom cone beam CT and Orthophos Plus DS panoramic unit. *Dentmaxillofac Radiol* 2003; 32(4):229-34.
- Kamburoglu K, Kilik C, Ozen T, Yuksel SP. Measurements of mandibular canal region obtained by cone-beam computed tomography: a cadaveric study. *Oral Surg*

- Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2009; 107(2):34-42.
12. Vannier MW. Craniofacial computed tomography scanning: technology, applications and future trends. *Orthod Craniofac Res* 2003; 6 (Suppl 1):23-30.
 13. Leung CC, Palomo L, Griffith R, Hans MG. Accuracy and reliability of cone-beam computed tomography for measuring alveolar bone height and detecting bony dehiscences and fenestrations. *Am J Orthod Dentofacial Orthop* 2010; 137(suppl 4):S109-19.
 14. Loubele M, Maes F, Schutyser F, Marchal G, Jacobs R, Suetens P. Assessment of bone segmentation quality of cone-beam CT versus multislice spiral CT: a pilot study. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2006;102(2):225-34.
 15. Kobayashi K, Shimoda S, Nakagaa Y, Yamamoto A. Accuracy in measurement of distance using limited cone-beam computerized tomography. *Int J Oral Maxillofac Implants* 2004; 19(2): 228-31.
 16. Loubele M, Guererro ME, Jacobs R, Suetens P, Van Steenberghe D. A comparison of jaw dimensional and quality assessments of bone characteristics with cone-beam CT, spiral tomography and multi-slice spiral CT. *Int J Oral maxillofac Implants* 2007; 22(3): 446-54.
 17. Goulet S, Fortin T, Thierry A. Accuracy of linear measurement provided by cone-beam computed tomography to assess bone quantity in the posterior maxilla: A human cadaver study. *Clin Implant Dent Relat Res* 2008; 10: 226-230.
 18. Loubele M, Van Asshe N, Carpentier K, Maes F, Jacobs R, Van Steenberghe D, et al. Comparative localized linear accuracy of small-field cone-beam CT and multislice CT for alveolar bone measurements. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2008; 105(4): 512-8.
 19. Kim TS, Caruso JM, Christensen H, Torabinejad M. A comparison of cone-beam computed tomography and direct measurement in the examination of the mandibular canal and adjacent structures. *J Endod* 2010; 36(7): 1191-4.
 20. Pinsky HM, Dyda S, Pinsky R, Misch KA, Sarment DP. Accuracy of three dimensional measurements using cone-beam CT. *Dentomaxillofac Radiol* 2006; 35(6):410-6.
 21. Periago DR, Scarfe WC, Moshiri M, Scheetz JP, Silveria AM, Farman AG. Linear accuracy and reliability of cone beam CT derived 3-dimensional images constructed using an orthodontic volumetric rendering program. *Angle Orthod* 2008; 78(3):387-95.

The Accuracy of Cone-beam Computerized Tomography Linear Measurements in Human Dry Mandible

Tofangchiha M., D.D.S.¹, Poursamimi J., D.D.S.², Kafilzadeh S.,³ Mobini M., D.D.S.^{4*}

1. Associate Professor, Dept of Radiology, School of Dentistry, Qazvin University of Medical Sciences, Iran

2. Assistant Professor, Dept of Periodontology, School of Dentistry, Qazvin University of Medical Sciences, Iran

3. Dentistry Student, Qazvin University of Medical Sciences, Iran

4. Assistant professor, Dep of Radiology, School of Dentistry, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

* Corresponding author; e-mail: mobini.mahshid@yahoo.com

(Received: 6 Nov. 2012 Accepted: 24 April 2013)

Abstract

Background & Aims: The aim of this study was to evaluate the accuracy of Cone-beam Computerized Tomography (CBCT) linear measurements in dry mandibles by comparing them with direct measurements.

Methods: Two human dry mandibles were used in this study. Thirteen sites were selected on each mandible. Specimens were scanned by CBCT and linear measurements were made using Planmeca Romexis 2.3.0.R software. Mandibles were cut into sections at marked locations and the same distances were measured by a digital caliper. Differences between two methods were assessed using paired t- test.

Results: The mean differences for bone height, bone width and the crest-canal distance between CBCT and digital caliper measurements were -0.47 ± 1 mm, -0.14 ± 0.78 mm and 0.00 ± 0.76 mm respectively. The differences were only, significant for bone height measurements ($P < 0.05$). There was a high correlation between the result of CBCT and gold standard.

Conclusion: The results of this in-vitro study on mandible indicate that, although there is a statistically significant difference for bone height measurements between the two methods, the difference is not significant in clinical applications. Thus, CBCT was shown to be a useful technique for preoperative dental implant planning.

Keywords: Cone-beam computed tomography, Dimensional measurement accuracy, Dental implants

Journal of Kerman University of Medical Sciences, 2014; 21(1): 61-68