

آنژیم متالوبتالاکتماز و تعیین میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک‌های سفتازیدیم و ایمی پنم سویه‌های پسودوموناس آئروژینوزا مقاوم جدا شده از نمونه‌های کلینیکی از بیمارستانهای امام خمینی و مرکز طبی کودکان در سال ۱۳۸۴

فرشته شاهچراغی^{۱*}، وجیهه سادات نیک‌بنی^۲

۱. Ph.D میکروب شناسی، استادیار بخش میکروب شناسی انستیتو پاستور ایران
۲. کارشناس ارشد بخش میکروب شناسی انستیتو پاستور ایران

* نشانی برای مکاتبه: تهران خیابان کارگر جنوبی خیابان پاستور، انستیتو پاستور بخش میکروب شناسی ، shahcheraghi@pasteur.ac.ir
پذیرش برای چاپ: آذر هشتاد و پنج دریافت مقاله: خرداد هشتاد و پنج

چکیده

سابقه و هدف: یکی از راههای ایجاد مقاومت باکتری پسودوموناس آئروژینوزا نسبت به کربوپنem ها تولید آنژیم متالوبتالاکتماز است که مضلات بسیاری را در درمان عفونتهای ناشی از این باکتری ایجاد کرده است. این مطالعه جهت تعیین میزان مقاومت سویه‌های پسودوموناس آئروژینوزاری جدا شده از نمونه‌های کلینیکی نسبت به ایمی پنم و بررسی وجود آنژیم متالوبتالاکتماز در باکتری‌های ایزوله شده صورت گرفت.

روش کار: در این مطالعه توصیفی الگوی مقاومت دارویی ۳۵۰ سویه پسودوموناس آئروژینوزا نسبت به آنتی بیوتیک‌های آمیکاسین (AN)، کربنی سیلین (CB)، سفوتابکسیم (CTX)، سفتازیدیم (CAZ)، سفتزیری آکسون (CIP)، سیپروفلوکسازین (CRO)، ایمی پنم (IPM)، پی پراسیلین (PC)، پی پراسیلین - تازوباکتام (Pt)، جنتامیسین (GM)، سفتی زوکسیم (ZOX) و تتراسیلکلین (Te) با استفاده از روش دیسک دیفیوژن مورد بررسی قرار گرفت و جهت بررسی آنژیم متالوبتالاکتماز از روش دبل دیسک دیفیوژن استفاده گردید.

یافته‌ها: پسودومونا آئروژینوزا نسبت به ایمی پنم بیشترین حساسیت و نسبت به سفتی زوکسیم بیشترین مقاومت را داشت. در ۴۳٪ سویه‌ها MIC نسبت به سفتازیدیم بیشتر از $16 \mu\text{g}/\text{ml}$ بود. (بیمارستان امام خمینی ۶۴٪، مرکز طبی کودکان ۲۱٪). نتایج حاصل از دبل دیسک دیفیوژن نشان داد که تنها ۳٪ سویه‌های مقاوم به ایمی پنم دارای آنژیم متالوبتالاکتماز می‌باشند.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده مشکل باکتریهای مقاوم به آنتی بیوتیک‌های جدید از جمله سفتازیدیم و کربنی پنم در کشور یک مشکل جدی و عمده در بیماران مبتلا به عفونتهای ناشی از پسودوموناس آئروژینوزا می‌باشد و بایستی در مصرف این آنتی بیوتیک‌ها دقت کافی جهت جلوگیری از گسترش این آنژیم به سویه‌های دیگر و همچنین به باکتریهای گرم منفی دیگر صورت پذیرد.

واژه گان کلیدی: متالوبتالاکتماز-پسودوموناس آئروژینوزا-مقاومت آنتی بیوتیکی

مقدمه


سویسترا، حساسیت به مهارکننده‌ها و موقعیت زنگنه‌یکی به چند دسته و گروه تقسیم می‌شوند. در باکتریهای گرم منفی این آنژیمهای بعد از ساخته شدن به درون فضای پری پلاسمیک ترشح می‌شوند اما در باکتریهای گرم مثبت به خارج از سلول باکتری ریخته می‌شوند (۲).

متالوبتالاکتمازها از آنژیم‌های بتالاکتمازی است و گزارشاتی مبنی بر تولید آنژیم بتالاکتماز نوع IMP-1 توسط باکتریهای گرم منفی مقاوم به کربوپنem از قبیل پسودوموناس آئروژینوزا و سرشیا مارسیسینس در دست است (۱).

باکتری پسودوموناس آئروژینوزا از مقاوم ترین باکتری‌هایی است که می‌تواند بیماریهای مختلفی را در انسان ایجاد کند. این مقاومت بالای باکتری در نتیجه سینزیزی بین پمپ‌های خارج کننده دارو (efflux pumps) و نفوذپذیری کم غشاء خارجی و آنژیمهای تجزیه کننده دارو از قبیل بتالاکتمازها رخ می‌دهد (۱).


آنژیم‌های بتالاکتماز از مهمترین عوامل ایجاد مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک‌های بتالاکتم در باکتریها بشمار می‌روند. ژن کد کننده این باکتریها بر روی پلاسمید و یا بر روی کروموزوم باکتری قرار دارد. آنژیمهای بتالاکتماز زیادی تاکنون شناسایی شده اند و براساس عملکرد و

نمود از شاره نلکید فرا او ای شفای و میتواند حساسیت و مقاومت نسبی پسودومونا آئروژینوزا باشد
ند: نسبت به آنتی بیوتیک می‌خواهد



نتایج MIC سویه های ابزوله شده نسبت به سفتازیدیم نشان داد که در ۱۶ug/ml از سویه ها MIC بالاتر از ۴۳٪ خمینی ۶۴٪، مرکز طبی کودکان (بیمارستان امام خمینی ۹۲٪ و ۱۷٪ نمونه که به ترتیب به سفتازیدیم و ایمی پنم مقاوم بودند آزمایش دبل دیسک دیفیوژن انجام گردید که تنها در ۵ نمونه جواب مثبت مشاهده شد (حاله عدم رشد بین دو دیسک) (تصویر شماره ۱).

تصویر شماره ۱: آزمایش دبل دیسک دیفیوژن جهت بررسی آنزیم متالوبتالاکتماز



مقایسه نتایج MIC سفتازیدیم با دیسک دیفیوژن نشان داد که میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های سفوتاکسیم و سفتراکسون تقریباً اندازه هم و هر دو بالا می باشد. نمودار شماره ۲ درصد فراوان نسبی سویه های جدا شده از نمونه های مختلف را نشان می دهد بیشترین موارد جدا شده از تراشه و درصد موارد جدا شده از مایع پلور کمتر از بقیه موارد بود.

با توجه به اینکه وجود این آنزیم ها در باکتری باعث ایجاد مقاومت نسبت به همه آنتی بیوتیک های بتالاکتم (پنی سیلین ها، سفالوسپیرین ها و کربوپن ها) شده و تاکنون مهار کننده ای برای این آنزیم ها مشاهده نشده است (۳،۲). اهمیت مطالعه بر روی این آنزیم ها، میزان شیوع، شناسایی و تشخیص سریع آنها را در بین نمونه های کلینیکی جهت کنترل و جلوگیری از گسترش آنها دو چندان می کند. این مطالعه با هدف تعیین میزان مقاومت سویه های مقاوم پسودوموناس آئروژینوزای جدا شده از نمونه های کلینیکی نسبت به آنتی بیوتیک های سفتازیدیم و ایمی پنم و همچنین تعیین ارتباط بین مقاومت نسبت به این آنتی بیوتیک ها و تولید آنزیم متالوبتالاکتماز در باکتریهای جدا شده و مقایسه بین مقاومت در سویه های جدا شده در بیمارستانهای امام خمینی و مرکز طبی کودکان انجام گرفت.

روش کار


در این مطالعه توصیفی نمونه ها در عرض ۱ سال از بیماران بستری و یا مراجعت کننده به بیمارستانهای مجتمع بیمارستانی امام خمینی و مرکز طبی کودکان جمع آوری شده و بوسیله تست های پیوشمیابی باکتری پسودوموناس آئروژینوزا شناسایی شو انجام آزمایشات بعدی در محیط نگهدارنده و همچنین بصورت لیوفلیزه در ۲۰- درجه سانتی گراد نگهداری شدند.

جهت بررسی اولیه مقاومت باکتریهای جدا شده (۳۵۰ سویه) از روش دیسک دیفیوژن Kirby-Bauer استفاده گردید (۴). آنتی بیوتیک های مورد آزمایش آمیکاسین (AN)، کربنی سیلین (CB)، سفوتاکسیم (CTX)، سفتراکسون (CAZ)، سفتراکسون (CRO)، سپروفلوکسازین (IPM)، ایمی پن (PC)، پی پراسیلین (CIP)، پی پراسیلین-تازوپاکتام (Te) (Pt)، جنتامیسین (GM)، سفتی زوکسیم (ZOX) و تتراسیکلین (BBL) متعلق به شرکت مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین MIC باکتریهای جدا شده نسبت به آنتی بیوتیک سفتازیدیم با استفاده از روش Micro dilution Tube و پروتکل NCCLS مورد بررسی قرار گرفتند (از باکتری پسودوموناس آئروژینوزای استاندارد ATCC = 27853) (۵).

جهت بررسی آنزیم متالوبتالاکتماز از روش دبل دیسک دیفیوژن و از دیسک های ایمی پن و سفتازیدیم و دیسک های حاوی 2-Mercapto EDTA و 2MAC propionic acid استفاده گردید و سویه هایی از باکتری که مقاوم به سفتازیدیم بودند ($MIC > 64$) مورد مطالعه قرار گرفتند. مهار کننده های متالوبتالاکتماز EDTA با غلظت ۰/۵ مولار و 2MAC با غلظت ۱ مولار بطور جداگانه استفاده گردید. حاله عدم رشد بین دو دیسک نشانه ترشح آنزیم متالوبتالاکتماز می باشد (۱،۱۰).

یافته ها

در این مطالعه مقاومت ۳۵۰ سویه باکتری پسودوموناس آئروژینوزا نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از آنتی بیوتیک سفتی زوکسیم و کمترین میزان مقاومت مربوط به ایمی پن ۹۲٪/۲۵٪ می باشد (نمودار شماره ۱).



فصلنامه بیماری های عفونی و گرم‌سیری، سال دوازدهم، شماره ۳۶

فرشته شاهچراغی و وجیهه سادات نیک بین

۲۱

از بین سویه های مقاوم به سفتازیدیم و ایمی پنم تنها ۵ سویه آزمایش دبل دیسک-دیفیوژن آنها نسبت به مهار کننده های EDTA مثبت بود که نشان دهنده وجود آنتیم متالوبالتاکتاماز در این سویه ها می باشد. در

بقیه سویه ها آزمایش متالوبالتاکتاماز منفی بود که بیان کننده آن است که مقاومت نسبت به ایمی پنم در این سویه های به علت های دیگر از جمله efflux pumps (پمپهای خارج کننده دارو) و تغییر در نفوذپذیری غشاء و... می باشد.

بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده جهت کاهش و جلوگیری از افزایش سویه های مقاوم به ایمی پنم و سفتازیدیم بایستی در رابطه با تجویز این آنتی بیوتیک ها تجدید نظر جدی صورت پذیرد. در این مطالعه انجام شده در کانادا میزان مقاومت نسبت به ایمی پنم ۱۴٪/۴ گزارش شده که ۶۱٪/۱۰۷ متابولوبالتاکتاماز مثبت بودند و در این مطالعه دیگری که در ایتالیا انجام شده میزان پسودوموناس های مقاوم به ایمی پنم که دارای آنتیم متالوبالتاکتاماز می باشد را ۶٪/۵ گزارش کرده (۹.۸).

میزان مقاومت نسبت به پی پراسیلین ۵٪/۴ می باشد اما میزان مقاومت نسبت به پی پراسیلین - تازوباتکتم تقریباً به نصف آن کاهش پیدا کرده (۰.۲۵). با توجه به اینکه تازوباتکتم یک مهار کننده بتالاکتاماز می باشد، می توانیم نتیجه بگیریم که یکی از دلایل مقاومت نسبت به این آنتی بیوتیک به علت ترشح آنتیم Extended-spectrum- β -lactamase می باشد.

از آنجا که ایمی پنم آنتی بیوتیکی است که در کشور ما جزء آنتی بیوتیک های بیمارستانی می باشد و به راحتی در دسترس مردم قرار نمی گیرد و مصرف آن پایین می باشد و به همین علت میزان مقاومت نسبت به این آنتی بیوتیک در کشور پایین می باشد (در مقایسه با بالا بودن میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های دیگر در کشور ما و پایین بودن مقاومت در کشورهای دیگر). (۹.۸)

تشکر و قدردانی

بدینوسیله از همکاری خانم ها فهیمه شورج، دکتر ملکی و آقایان دکتر آشتیانی ناصر اخباری و قدردانی می گردد.

بحث

باکتریهای گرم منفی مقاوم به کربپن از قبیل پسودوموناس آنروزینوزا مشکلات زیادی را در درمان عفونتهای ناشی از این باکتری ایجاد کرده اند. باکتری پسودوموناس باکتری فرصت طلبی است که می تواند عفونتهای مختلفی را در انسان ایجاد کند و این باکتری جزء مقاومترین باکتریها بوده که از مکانیزمهای مختلفی جهت مقاوم شدن استفاده می کند. از جمله این مکانیزمهای تولید آنتیم بتالاکتاماز جهت مقاوم شدن به آنتی بیوتیک های بتالاکتام می باشد. آنتیم متالوبالتاکتاماز که توسط بعضی از باکتریهای مقاوم ترشح می شود باعث مقاومت نسبت به اکثر آنتی بیوتیک های بتالاکتام شده و مهار کننده های بتالاکتاماز از جمله کلاولانیک اسید، تازوباتکتم و سالباتکتم بر روی آنها اثر ندارند. با توجه به این مسائل شناسایی باکتریهای تولید کننده این آنتیم اهمیت بسزایی دارد.

در این مطالعه از ۱۶۴ سویه پسودوموناس آنروزینوزا جدا شده از بیمارستان امام ۸٪/۲۴ نسبت به ایمی پنم و ۴٪/۷۶ نسبت به سفتازیدیم مقاومت نشان دادند. اما در بیمارستان مرکز طبی کودکان از ۱۸۶ سویه جدا شده ۱۱٪/۲۱ نسبت به ایمی پنم و ۹٪/۸۶ نسبت به سفتازیدیم مقاومت نشان دادند که کاهش میزان مقاومت بعلت اختلاف سن بیماران در دو بیمارستان معرف کمتر آنتی بیوتیک ها برای بیماران مرکز طبی کودکان (ESBLs) باشد. از جمله آنتی بیوتیک های بتالاکتام که آنتیمها (Extended-Spectrum-Beta-Lactamases) گذارند. آنتی بیوتیک های سفتازیدیم و سفتری آکسون می باشند که میزان مقاومت نسبت به این دو آنتی بیوتیک در هر دو بیمارستان بالا و تقریباً اندازه هم مشاهده شد.

مقایسه نتایج بدست آمده در این مطالعه با مطالعات قبلی انجام شده (۷.۶، ۱۱) بر روی باکتریهای پسودوموناس جدا شده از بیماران سوختگی نشان می دهد که میزان مقاومت این باکتری نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف از سوشهای جدا شده از بیماران سوختگی بسیار بالاتر می باشد. بعنوان مثال در رابطه با سفتازیدیم در مطالعه قبلی میزان مقاومت بیش از ۹٪ گزارش گردید در صورتیکه در این مطالعه مقاومت سویه های جدا شده از بیمارستان امام نسبت به سفتازیدیم ۶٪/۲ و مقاومت سویه های جدا شده از مرکز طبی کودکان ۲۱٪/۵ مشاهده شد.

REFERENCES

1. Arakawa Y, Shibata N, Shibayama K, Kurokawa H, Yagi T, Fujiwara H, Goto M. Convenient test for screening metallo- β -Lactamase-producing gram-negative bacteria by using thiol compound. Journal of Clinical Microbiology. Jan 2000;P40-43

2. Oreste A, Mascaretti, Bacteria versus Anti bacterial Agents, an intergrated Approach, 2003,chapter 7:115-122

3. Poirel L, Magalhaes M, Lopes M, Nordmann P. Molecular analysis of metallo- β -Lactamase gene bla_{SPM-1}—Surrounding Seqences from Disseminated *Pseudomonas aeruginosa* Isolates in Recife, Brazil. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Apr.2004, P.1406-1409

فصلنامه بیماری های عفونی و گرمیسری ، سال دوازدهم ، شماره ۲۶

آنژیم متالوبتالاکتاماز در پسودومونا آئروبیوزا

۲۲

4. Bauer AW, Kirby WMM, Sherris JM, Turck M. Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disk method. Am J Clin Pathol 1966;45:493-6.

5. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Performance standard for antoimicrobil disk susceptibility test (M2-T4). 4th ed. Villanova, PA: National Committee for Clinical Laboratory Standards: 1998.

6. Shahcheraghi F, Feizabadi MM, Yamin V, Abiri R, Abedian Z. Serovar determination, drug resistance patterns and plasmid profiles of *Pseudomonas aeruginosa* isolated from burn patients at two hospitals of Tehran (IRAN). , Burns 29, 547-551,2003

7. Abiri R, Badami N, Shahcheraghi F, Feizabadi MM, Hosseini M. Determination of resistance profile and serotypes of *Pseudomonas aeroginosa* isolated from burn infections. Journal of Isfahan Medical School, No 73. 2004

8. Laupland KB, Parkins MD, Church DL, Gregson DB, Louie TJ, Conly JM, Elsayed S and Pitout JDD. Population-Based Epidemiological study of Infections Caused by Carbapenem-Resistant *Pseudomonas aeruginosa* in the Calgary Health Region: Importance of Metallo- β -Lactamase (MBL)-Producing Strains. 2005

9. Lagatolla C, Tonin EA, Bragadin CM, Dolzain L, Gombac F, Bearzi C, Edalucci E, Gionechetti F, Rossolini GM. Endemic carbapenem resistant *Pseudomonas aeruginosa* with acquired metallo- β -Lactamase determinants in European Hospital. Emerging infectious Diseases. Vol 10, No3, March 2004

10. Yong D, Lee K, Yum JH, Shin HB, Rossolini GM, Chong Y. Imipenem-EDTA disk method for differentiation of metallo- β -Lactamase-producing clinical isolates of *Pseudomonas* spp. And *Acinetobacter* spp. 2002.

۱۱. شاهچراغی ف، فیض آبادی م.م، عابدیان ز. بررسی میزان مقاومت دارویی ، فعالیت بتالاکتامار و تعیین سروتایپ های سوبه های پسودوموناس آئروزینوزای جدا شده از بیماران سوختگی در بیمارستان سوانح و سوختگی توحید در سال ۱۳۸۰، مجله بیماریهای عفونی، گرمیسری، ۱۳۸۳

شماره ۸، ۲۳