

## مقایسه جابجایی آپیکالی کanal ریشه با استفاده از روشهای آماده سازی دستی، Race و Reciprocal

رضا دیسفانی (DDS)<sup>۱</sup>، سعید مرادی (DDS)<sup>۱\*</sup>، فرزانه افخمی جدی (DDS)<sup>۲</sup>

- مرکز تحقیقات مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد  
- دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دریافت: ۸۹/۷/۸ اصلاح: ۸۹/۹/۱۷ پذیرش: ۸۹/۱۱/۲۰

### خلاصه

**سابقه و هدف:** آماده سازی مکانیکی کanal یکی از مهمترین مراحل درمان ریشه می باشد. ابزارهای چرخشی متنوعی جهت کاهش زمان و بهبود کیفیت آماده سازی در بازار وجود دارد. این مطالعه به منظور مقایسه آپیکال ترانسپورتیشن کanal توسط سه روش آماده سازی دستی، reciprocal و چرخشی (Rase) انجام شد.

**مواد و روشهای:** این مطالعه آزمایشگاهی بر روی ۴۵ دندان مولر اول فک پایین کشیده شده انسان انجام شد. تاج از محل CEJ قطع گردید. ریشه ها در یک بلوك آکريليك مانت شدند. ریشه ها انتخابی بین ۲۰-۴۰ درجه داشتند. دندانها به طور تصادفي به سه گروه تقسیم شدند. گروه اول به روش دستی و فایل های نیکل تیتانیوم، گروه دوم توسط هندپیس gripper و فایلهای نیکل تیتانیوم و گروه سوم توسط سیستم Endo gripper مورد توجه قرار گرفت.

**یافته ها:** سیستم چرخشی Race (گروه سوم) کانالها را بدون آپیکال ترانسپورتیشن و تغییری در شکل اصلی آنها آماده سازی نمود. در روش دستی و فایل نیکل تیتانیوم (گروه اول) از ۱۵ ریشه مورد مطالعه مورد ترانسپورتیشن آپیکالی داشتند. هندپیسهای Reciprocal با فایلهای نیکل تیتانیوم کانالها را با ۷ مورد ترانسپورتیشن آپیکالی آماده سازی نمودند. سیستم چرخشی Race بطور معنی داری کانالها را کمتر دچار آپیکال ترانسپورتیشن نمود ( $p < 0.05$ ).

**نتیجه گیری:** نتایج مطالعه نشان داد که آماده سازی کanal با سیستم چرخشی Race در مقایسه با آماده سازی دستی و سیستم Reciprocal آپیکال ترانسپورتیشن کمتری ایجاد می نماید.

**واژه های کلیدی:** ترانسپورتیشن، آماده سازی کanal ریشه، فایل نیکل تیتانیوم، رسپیروکال

### مقدمه

NSK ساخته شده دارای کاهش سرعت ۱ به ۱۰ بوده و با فایلهای دستی بصورت  $\frac{1}{4}$  دور رفت و برگشت کار می کند (۱). Moradi و همکاران طی مطالعه ای دریافتند که هندپیس اتوماتیک Reciprocal نوع TEP-E10 با فایل هایی از جنس نیکل تیتانیوم نسبت به فایل های استیل کanal را کمتر دچار ترانسپورتیشن می کند و نیز در مقایسه با روش دستی و فایل های نیکل تیتانیوم نتایج مشابهی دارد (۲). Zarabi و همکاران که طی مطالعه ای با استفاده از روش دستی و وسایل SS و نیکل تیتانیوم به مقایسه

یکی از مهمترین مراحل درمان ریشه دندان آماده سازی مکانیکی کanal ریشه است. شکل دهی مناسب کanal اجازه دبریدمان کافی به دندانپزشک می دهد و فضای مناسبی جهت تراکم ماده پرکردگی کanal به منظور برقراری سیل در برابر نفوذ مایعات باقی فراهم می کند (۳). انحراف از شکل اولیه کanal بخصوص در ناحیه آپیکالی کanal مانع از پرکردگی خوب و سیل مناسب کanal ریشه در مقابل نفوذ باکتریها می گردد و عدم موفقیت در این مورد سبب بسیاری از موارد شکست درمان می گردد (۴). هندپیس TEP-E10 که توسط کارخانه

۱ این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی به شماره ۱۲۵۱ دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علم پزشکی مشهد می باشد.  
\* مسئول مقاله:

e-mail: moradis@mums.ac.ir

۰۵۱۱-۸۸۲۹۵۰-۱۱۵-۰ تلفن: بخش درمان ریشه دندان، دانشکده دندانپزشکی، روبروی پارک ملت، مشهد، ادرس:

crown down استفاده گردید. ترتیب پیشنهادی کارخانه جهت استفاده از فایل MAF در انتها از فایل ۲/۳۰ استفاده شد.

سرعت چرخش فایل های Race ، ۵۰۰ rpm بود. در هر سه گروه فایلها برای هر بار استفاده به ماده RcPrep آغشته شدن و پس از هر بار استفاده از فایلها کاتال با ۱ سی سی آب مقطر شستشو داده شد، پس از آماده سازی کاتالها در هر سه گروه فایل ۳۰ به عنوان MAF درون کاتال قرار گرفته و بر روی فیلم رادیوگرافی اندازه گیری، رادیوگرافی از MAF انجام شد. بدین ترتیب دو رادیوگرافی روی هم سوپراپیمپوز شدن. برای انطباق صحیح از یک قالب اکریلی استفاده شد که موقعیت فیلم، دندان و تیوب دستگاه را حفظ می نمود. رادیوگرافی های نهایی توسط ذره بین با بزرگنمایی ۱۰ توسط دو مشاهده کننده که مختص درمان ریشه بودند، مورد مشاهده قرار گرفتند. هرگونه عدم انطباق بین دو فایل اولیه و MAF در ناحیه آپیکالی به عنوان مورد خطا در نظر گرفته شد و نشان دهنده ترانسپورتیشن آپیکالی بود. محاسبات آماری توسط آزمون ChiSquire انجام و  $p < 0.05$  معنی دار در نظر گرفته شد.

### یافته ها

سیستم چرخشی (گروه سوم) کاتالها را بدون آپیکال ترانسپورتیشن آماده سازی نمود. در روش دستی و فایل نیکل تیتانیوم (گروه اول) از ۱۵ ریشه مورد مطالعه ۸ مورد ترانسپورتیشن آپیکالی داشتند. هندپیسهای Reciprocal با فایلها نیکل تیتانیوم کاتالها را با ۷ مورد ترانسپورتیشن آپیکالی آماده سازی نمودند.

فایل چرخشی Race به نسبت دو روش دیگر میزان آپیکال ترانسپورتیشن کمتری داشته و دارای تفاوت معنی داری بود ( $p < 0.05$ ). اما دو روش (دستی و فایل نیکل تیتانیوم) و روش Reciprocal و فایل نیکل تیتانیوم) از نظر میزان آپیکال ترانسپورتیشن نسبت به هم فاقد تفاوت معنی داری بودند.

### بحث و نتیجه گیری

نتیجه حاصل از این مطالعه نشان داد که سیستم چرخشی Race بطور معنی داری آپیکال ترانسپورتیشن کمتری نسبت به روش‌های دستی و Reciprocal دارد. بین روش‌های دستی و Reciprocal اختلاف معنی داری وجود نداشت که مطابق یافته های Hulsmann Giromatic و Endo lift مشابه با روش‌های دستی از نظر میزان ترانسپورتیشن ایجاد شده، می باشدند<sup>(۱)</sup>. چنین به نظر می رسد که سیستم چرخشی reciprocal در شرایط طراحی و ساخته شده خود (مدل TEP-E10) و با انجام تکنیک اینسترومنتیشن مناسب (Preflaring) توانایی حفظ مرکزیت کاتال را همانند اینسترومنتهای دستی نیکل تیتانیوم دارد. ضمن اینکه در چنین شرایطی ترانسپورت بیشتری در مسیر کاتال ایجاد نمی کند.

در مطالعه Moradi و همکاران Zarrabi و همکاران هندپیس TEP-E10 نوع Reciprocal با استفاده از فایل هایی از جنس نیکل تیتانیوم

تغییر مرکزیت کاتال پرداختند، آنها دریافتند که در هر دو روش و دو وسیله، جایجایی از مرکز کاتال دیده می شود. وسایل گروه روش دستی و وسایل SS بیشترین جایجایی را در مقاطع کرونا و آپیکال نشان دادند<sup>(۵)</sup>.

سیستمهای full rotary که همراه با الکتروموتورهای الکتریکی و فایلها ای از جنس نیکل تیتانیوم کار می کنند مدتهاست که وارد بازار تجهیزات Buchannon آنودنیک شده اند. این سیستمهای اولین بار توسط به سرعت انواع مختلف این فایلها با طراحی های متفاوت تولید شد<sup>(۶)</sup>. کاهش زمان کار، استفاده در کاتالهای با انحنای شدید و حفظ شکل اولیه کاتال همگی از سوی تولید کنندگان جزء مزیتهای این سیستمهای معرفی می شوند<sup>(۷)</sup>.

از آنجائیکه مدتی است وسایل Reciprocal بطور وسیعی وارد بازار ایران شده و از طرفی هم فایل های متداول را میتوان با این هندپیس بکار برد، به همین خاطر مورد کاربرد بسیاری از دندانپزشکان قرار گرفته است، لذا این مطالعه با هدف مقایسه سیستم Race و سیستم Reciprocal وسایل دستی و هندپیس نوع TEP-E10 در میزان آپیکال ترانسپورتیشن انجام شد.

### مواد و روشها

این مطالعه آزمایشگاهی بر روی ۴۵ دندان مولر اول پایین کشیده شده انسانی انجام شد. دندانهای با ریشه مزیال و زاویه خمیدگی بین ۲۰ تا ۴۰ درجه و گشادی ناحیه آپیکال تا فایل شماره ۱۵ انتخاب شدن و دندانهای با ریشه مزیال و خمیدگی کمتر از ۲۰ درجه و بیشتر از ۴۰ درجه، کاتالهای کلیسیفیه و ریشه های با آپکس باز از مطالعه خارج شدند. تاج دندانها از ناحیه CEJ قطع و در زین اکریلی مانت شدند. از دندان یک رادیوگرافی از بعد باکولینگوالی تهیه شد و میزان انحنای ریشه آن براساس اصول Schneider (۸) تبیین شد. شرایطی ایجاد شد که در آن رابطه بین دندان، فیلم و مخروط دستگاه رادیوگرافی از لحاظ فاصله، زاویه تابش اشعه و موقعیت محل آنها نسبت به یکدیگر یکسان باشد. سپس دندانها بصورت تصادفی به ۳ گروه ۱۵ تایی تقسیم شدند. اینکار با رعایت میزان انحنای ریشه ها در هر گروه انجام شد، به طوریکه توزیع میزان انحنای ریشه ها در تمام گروهها یکسان بود. ابتدا در کاتال مزیوباکال همه دندانها یک فایل ۱۵ قرار داده شد و یک رادیوگرافی اندازه گیری از دندان مورد نظر گرفته شد. سپس کاتالها به ترتیب زیر آماده سازی شدند.

در گروه اول کاتال توسط فایل نیکل تیتانیوم با روش دستی و تکنیک Crown down آماده سازی گردید<sup>(۶)</sup>. به منظور گشادی سازی اولیه Gates Preflaring از شماره ۲، ۱ و ۳ استفاده شد. در گروه دوم کاتال توسط TEP-E10 (NSK CO, Japan) آماده سازی شد که میزان کاهش سرعت آن ۱ به ۱۰ بود. در هر دو گروه، فایل ۳۰ به عنوان Master Apical File انتخاب گردید. در گروه سوم از فایل های سیستم چرخشی reciprocal و الکتروموتور (FKG Dentaire Co, Switzerland) در حافظه دستگاه قرار داده شد. به این ترتیب بطور اتوماتیک، هنگام استفاده از هر فایل، سرعت و Torque تنظیم شد. سیستم Race دارای دو نوع choice در حافظه دستگاه قرار داده شد، به این ترتیب بطور اتوماتیک، هنگام استفاده از هر فایل، سرعت و Torque تنظیم شد. سیستم Race دارای دو نوع Kiet است که در این مطالعه از Kiet Step back و crown down

نتایج Kavangh و همکاران می باشد (۱۳). در این تحقیق سیستم چرخشی پروفایل بدون ایجاد جایگایی ریشه مزیوباکال مولرهای ماگزیلا را آماده سازی نمود. طبق مطالعات Paque و همکاران وسایل چرخشی Race به خوبی مرکزیت کanal را حفظ کرده و دارای حداقل میزان ایجاد ترانسپورتیشن می باشند (۱۴). این مطالعات نتایجی مشابه مطالعه حاضر دارد. در این مطالعه وسایل چرخشی Race قابلیت بهتری از خود جهت حفظ مسیر کanal نسبت به وسایل دستی و Reciprocal از خود نشان داد.

به طور کلی می توان چنین بیان کرد که سیستم چرخشی Race در شرایط طراحی و ساخت خود با انجام تکنیک آماده سازی مناسب (منظور روش صحیح و استفاده از الکتروموتورهایی است که از نظر torque و سرعت قابل تنظیم باشند) توانایی حفظ مرکزیت کanal، عدم جایگایی و عدم تغییر شکل کanal بعد از آماده سازی را دارد، لذا می توان از فایلهای چرخشی Race در کلینیک با کمترین خطای استفاده نمود.

### تقدیر و تشکر

بدینویسیله از معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دلیل حمایت مالی از تحقیق و آقای دکتر آنوش صاحب جمعی که در انجام مراحل این مطالعه همکاری نمودند، قدردانی می گردد.

نتایج بهتری نسبت به استفاده از همین هندپیس و فایلهایی از جنس استنلس استنیل و نیز روش دستی و استفاده از وسایل استنلس استنیل در میزان ترانسپورتیشن و حفظ مرکزیت کanal نشان داد و نتایجی مشابه با روش دستی و استفاده از فایلهای نیکل تیتانیوم داشت (۰۵)، که این نتایج با نتایج مطالعه حاضر TEP-Reciprocal نوع E10 با فایل های نیکل تیتانیوم تفاوت معنی داری در میزان ترانسپورتیشن کanal نداشته، مشابه می باشد. نتایج این یافته تا حدود زیادی مشابه مطالعه و Guelzow، Yashimi و همکاران (۹-۱۱) همکاران می باشد که گویای عملکرد مناسب سیستم Race از لحاظ کاهش ترانس پورت آپیکالی کanal ریشه می باشد. یکی از نکات حائز اهمیت در این تحقیق استفاده از الکتروموتور Endo IT Control می باشد. چراکه با داشتن برنامه تمام فایلهای چرخشی و Torque براساس شماره فایل مصرفی می توان دقیقاً همانند دستور کارخانه مورد نظر کار کرد و بدین وسیله می توان از خطاهای حین کار مانند شکستن فایل و بیچ شدن وسیله داخل کanal جلوگیری کرد.

Short با مقایسه ۳ سیستم چرخشی پروفایل، لایت اسپید و MCXIM و Flex-R توسط روش موافق اینطور نتیجه گرفت که وسایل نیکل تیتانیوم چرخشی بهتر از وسایل دستی مرکزیت کanal را حفظ می کنند (۱۲). این یافته ها هم موافق با مطالعه حاضر می باشد که سیستمهای چرخشی کanal را بدون ایجاد تغییرات مخرب آماده سازی می کند. نتایج مطالعه حاضر موافق با

## Comparison of Apical Transportation with Using Hand, Reciprocal and Race Instrumentation

**R. Disfani (DDS)<sup>1</sup>, S. Moradi (DDS) \*<sup>1</sup>, F. Afkhami Jedi (DDS)<sup>2</sup>**

1. Dental Material Research Center, Faculty of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

2. Faculty of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

**J Babol Univ Med Sci; 13(5); Sept 2011**

**Received: Sep 30<sup>th</sup> 2011, Revised: Dec 8<sup>th</sup> 2010, Accepted: Feb 9<sup>th</sup> 2011.**

### **ABSTRACT**

**BACKGROUND AND OBJECTIVE:** Mechanical preparation of root canal system is an important objective of root canal therapy. Many rotary devices have been produced to decrease instrumentation time and improve its quality. The purpose of this study was to compare apical transportation in root canal treatment with three methods of hand, reciprocal and rotary (Race) instrumentation.

**METHODS:** In this experimental study 45 extracted human mandibular first molar were selected. The crown was cut at CEJ. The roots were mounted in acrylic resin material. The roots had a 20-40 degree canal curvature. Teeth were randomly divided into 3 groups. Group one was prepared with hand method and NiTi files, group two was prepared with Endogripper handpiece and NiTi files, group three was prepared with Race rotary system. By superimposing the initial file and MAF radiography the apical transportation was evaluated (double exposure radiography method).

**FINDINGS:** Race rotary system (group 3) had prepared canals without transportation and deviation in the original shape of canals. NiTi hand files (group 1) had prepared canals with 8 apical transports out of 15 root canals. Reciprocal handpiece with NiTi files had prepared canals with 7 apical transports. Race rotary system was prepared canals with significant the least apical transports than other groups ( $p<0.05$ ).

**CONCLUSION:** The results showed that original canal shape in apical region had minimum transportation with race rotary system compare with hand or reciprocal preparation.

**KEY WORDS:** *Transportation, Root canal preparation, Nickel titanium file, Reciprocal.*

**\*Corresponding Author:**

**Address:** Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Opposite Mellat Park, Vakilabad Blvd, Mashhad, Iran

**Tel:** +98 511 8829501-15

**E-mail:** moradis@mums.ac.ir

## References

1. Hulsmann M, Stryga F. Comparison of root canal preparation using different automated devices and hand instrumentation. *J Endod* 1993;19(3):141-5.
2. Kardon BP, Kuttler S, Hardigan P, Dorn SO. An in vitro evaluation of the sealing ability of new root canal obturation system. *J Endod* 2003;29(10):658-61.
3. Wagner MH, Barletta FB, Reis MS, Mello LL, Ferreira R, Fernandes ALR. NSK reciprocating handpiece: in vitro comparative analysis of dentinal removal during root canal preparation by different operators. *Braz Dent J* 2006;17(1):10-4.
4. Moradi S, Zarabi MH, Amirian A. Comparison of root canal transportation during canal preparation with hand instrumentation and reciprocal automatic device. *J Mashhad Dent School* 2006;29(3-4):270-4. [in Persian]
5. Zarabi MH, Moradi S, Amirian A. The incidence of change in canal centering of the root canal following canal preparation with hand and rotary reciprocal techniques by stainless steel and nickel titanium files. *J Dent Shiraz Univ Med Sci* 2007;8(1):1-9. [in Persian]
6. Ingle JI, Bakland LK, Baumgartner JC. *Endodontics*. 6th ed. Hamilton: BC Decker 2008; pp: 832-5.
7. Uroz Torres D, Gonzalez Rodríguez MP, Ferrer Luque CM. Effectiveness of a manual glide path on the preparation of curved root canals by using Mtwo rotary instruments. *J Endod* 2009;35(5):699-702.
8. Schneider SW. A comparison of canal preparations in straight and curved root canals. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1971;32(2):271-5.
9. Rangle S, Cromonese R, Brayant S, Dummer P. Shaping ability of Race rotary nickel-titanium instruments in simulated root canals. *J Endod* 2005;31(6):460-3.
10. Yashimi Y, Ono M, Akamine A. The shaping effects of three nickel-titanium rotary instruments in simulated S-shaped canals. *J Endod* 2005;31(5):373-5.
11. Guelzow A, Stamm O, Martus P, Kilbassa AM. Comparative study of six rotary nickel-titanium systems and hand instrumentation for root canal preparation. *Int Endod J* 2005;38(10):743-52.
12. Short JA, Morgan LA, Baumgartner JC. A comparison of canal centering ability of four instrumentation techniques. *J Endod* 1997;23(8):503-7.
13. Kavangh D, Lumley PJ. An in vitro evaluation of canal preparation using Profile .04 and .06 taper instruments. *Endod Dent Traumatol* 1998;14(1):16-20.
14. Paqué F, Musch U, Hülsmann M. Comparison of root canal preparation using RaCe and ProTaper rotary Ni-Ti instruments. *Int Endod J* 2005;38(1):8-16.