

برآورد هزینه های انجام MRI ۳ تsla در مقایسه با ۱/۵ MRI تsla در ایران

علی اکبری ساری^۱، سحرناز نجات^۲، لیلا قالیچی^۳، محمد رضا میینی زاده^۴، رقیه خبیری^۵

۱- استادیار گروه مدیریت و اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (تویسته مسئول) تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۸۹۱۲۸ akbarisari@tums.ac.ir

۲- دانشیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

۳- دستیار اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

۴- کارشناس ارشد اقتصاد سلامت، اداره ارزیابی فناوری های سلامت، معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

۵- دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف این مطالعه محاسبه هزینه های استفاده از MRI، ۳ Tsla در ایران در مقایسه با روش ۱/۵ MRI، ۳ Tsla و ارائه مشاوره به سیاستگذاران نظام سلامت و مدیران بیمارستان ها در خصوص استفاده و تعریف این فناوری در ایران می باشد.

روش بررسی: این پژوهش یک ارزیابی اقتصادی می باشد که با استفاده از مرور مقالات و مدل سازی اقتصادی انجام شده است. برای تخمین هزینه های دستگاه از مطالعات یافت شده در جستجوی اینترنتی استفاده گردید و با شرکت های اصلی عرضه کننده فناوری و نماینده آنها در ایران و همچنین سازمان ها و بیمارستان هایی که از این فناوری یا از MRI، ۱/۵ MRI، ۳ Tsla استفاده می نمایند تماس حاصل شد و اطلاعات مورد نیاز از طریق آنها جمع آوری گردید. برای انجام محاسبات، هزینه ها به سه دسته سرمایه ای (هزینه استهلاک ساختمان و تجهیزات)، هزینه کارکنان و سایر هزینه ها (شامل هزینه مواد مصرفی، هزینه های جاری، تعمیر و نگهداری) تقسیم و محاسبه شدند.

یافته ها: با فرض انجام تعداد ۱۵۰۰ آزمایش در سال (۵ آزمایش در روز) هزینه هر آزمایش MRI، ۳ Tsla حدود ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال و هزینه هر آزمایش ۱/۵ MRI، ۳ Tsla ۳/۵۰۰/۰۰۰ برآورد شد. با فرض انجام ۳۰۰۰ آزمایش در سال هزینه هر آزمایش ۳ Tsla معادل ۴۰۰/۰۰۰ ریال (۱/۹۰۰/۰۰۰ ریال برای ۱/۵ MRI، ۳ Tsla) می باشد، با فرض ۶۰۰۰ آزمایش در سال این هزینه ۱/۳۵۰/۰۰۰ ریال (۱/۰۵۰/۰۰۰ ریال برای ۱/۵ MRI، ۳ Tsla) و با فرض ۱۲۰۰۰ آزمایش در سال این هزینه حدود ۷۱۰/۰۰۰ ریال برای ۱/۵ MRI، ۳ Tsla (۱/۰۵۰/۰۰۰ ریال برای ۱/۵ MRI، ۳ Tsla) در صورتیکه تعداد آزمایش ۲۴۰۰۰ عدد در سال فرض شود این هزینه ۳۷۳/۰۰۰ ریال (۳۰۰/۰۰۰ ریال برای ۱/۵ MRI، ۳ Tsla) می شود.

نتیجه گیری: هزینه هر آزمایش با دستگاه MRI، ۳ Tsla در ایران، اگر تعداد آزمایش بین ۱۵۰۰ تا ۲۴۰۰۰ در یک سال فرض شود بین ۳۷۳/۰۰۰ ریال تا ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال متغیر خواهد بود. پیشنهاد می شود مجوز این فناوری به مراکزی داده شود که بیمار کافی تحت پوشش آن وجود دارد تا صرفه اقتصادی داشته باشد در غیر این صورت ممکن است باعث خدمات غیر ضروری شود.

وازگان کلیدی: MRI، ۳ Tsla، تصویربرداری، هزینه

وصول مقاله: ۹۰/۰۶/۱۳ اصلاحیه نهایی: ۹۰/۱۱/۱۸ پذیرش مقاله: ۹۰/۱۲/۰۶

نیز برای بیماران مورد استفاده قرار گرفته است. اگرچه به نظر می رسد از چهار تسلای بالا بیشتر جنبه و کاربردهای تحقیقاتی دارد (۶). برای اولین بار در سال ۱۹۹۱، اولین دستگاه MRI وارد ایران شد و از آن زمان تاکنون توزیع این فناوری رشد بسیار سریعی در کشور داشته است، بطوری که در فاصله ۱۹۹۳ تا سال ۲۰۰۳ میلادی تعداد این فناوری به ازای هر یک میلیون نفر از جمعیت کشور ۲۰ برابر شده است (۷). استفاده از فناوری های پیشرفته تصویربرداری نظری MRI نیازمند منابع مالی، انسانی و سرمایه ای قابل توجهی می باشد که کشورهای با درآمد سرانه پایین یا متوسط در تامین این منابع با محدودیت های فراوانی رویرو می باشند (۷). بنابراین سیاستگذاران در این کشورها نیازمند استفاده از یک رویکرد نظام مند برای تشخیص بهینه این منابع محدود برای خرید این تجهیزات گران قیمت می باشند (۸). با وجود اینکه هم اکنون در کشور تعدادی ۱/۵ MRI تسلای وجود دارد ولی اخیراً تقاضا برای ورود ۳ MRI تسلای افزایش یافته است که با توجه به پیشرفته تر بودن فناوری آن نسبت به نسخه های قبلی، به نظر می رسد این فناوری از هزینه بالاتری نیز برخوردار باشد که موضوع اصلی این پژوهش می باشد.

روش بودسی

این مطالعه یک ارزیابی اقتصادی (economic evaluation) می باشد که اطلاعات مورد نیاز به روش استاندارد، با استفاده از مرور مقالات، مدل سازی اقتصادی و مصاحبه با مدیر شرکت وارد کننده و مدیر تنها مرکز درمانی که در زمان مطالعه دارای این فناوری بود انجام گردید.

مقدمه

در سال های اخیر استفاده از فناوری های پزشکی در تشخیص و درمان بیماری ها رشد چشمگیر و پرشتابی داشته است. استفاده مناسب از این فناوری ها می تواند به تشخیص و درمان بیماری ها کمک موثری نماید (۱). از طرفی با توجه به قیمت بالای این فناوری ها و محدود بودن منابع، خرید و استفاده از آنها باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری از جمله افزایش بیش از حد هزینه های بهداشت و درمان شده است (۲). در بسیاری از موارد این فناوری ها نسبت به فناوری های پیشین برتری ندارند و شواهدی در مورد بهبود نتایج بیمار در استفاده از آنها وجود ندارد. بنابر این در اکثر این کشورها قبل از ورود فناوری با استفاده از روش نظام مند ارزیابی فناوری سلامت با دقت و حساسیت نسبت به مجوز ورود فناوری های جدید و نحوه استفاده از آنها بررسی و اقدام می شود تا در حد امکان از منابع موجود به صورت بهینه استفاده شود (۳). یکی از فناوری هایی که کاربرد گسترده در تشخیص و درمان بیماری ها در مراحل اولیه دارد تصویربرداری پزشکی است که از انجام فرآیندهای تهاجمی تشخیصی جلوگیری می نماید (۴). MRI یک فناوری تصویربرداری پزشکی است که اولین نسخه آن در سال ۱۹۷۸ به عرصه بالینی معرفی شد و از آن زمان تا کنون به طور مستمر به سیر تکاملی پر شتاب خود ادامه داده است. از جمله پیشرفت های مهم در چند سال اخیر عرضه MRI های با قدرت مغناطیسی بسیار بالا به بازار است. بزرگترین و مهمترین بخش در سیستم MRI قدرت میدان مغناطیسی می باشد که با واحد تسلای اندازه گیری می شود (۵). امروزه MRI غالباً دارای قدرت میدانهای ۱، ۰/۲، ۱/۵ و ۳ تسلای باشند و در برخی کشورها، سیستم های تا ۷ تسلای

نقشه های بدست آمده از نمایندگی شرکت PHILIPS در ایران یعنی شرکت الکترو پزشک ابزار (EPA) استفاده گردید. فضای لازم برای یک مرکز MRI در حدود ۱۸۰ متر مربع ذکر شده است. در این مطالعه ضریب استهلاک ساختمان ۲/۷ و طول عمر ساختمان ۱۰ سال فرض شد.

(ب) هزینه تجهیزات

این دستگاه توسط شرکت های متعددی شامل GE Health و Siemens، Marconi، Philips، Care & Bruker کنده قیمت و کیفیت متفاوتی دارند. در اینجا سعی شده است قیمت های متوسط ارائه شود که متناسب با قیمت غالب تجهیزات خریداری شده است. هر چند که حداقل و حداقل قیمت های موجود در بازار هم ارائه شده است.

(ج) هزینه نیروی انسانی

تعداد کارکنان مورد نیاز برای انجام MRI، ۳ تسلای عبارت است از: ۲ نفر پزشک مسئول، ۲ نفر کارشناس رادیولوژی، ۲ نفر صندوقدار، ۴ نفر مسئول پذیرش، ۲ نفر مدیر داخلی و ۲ نفر خدمه، ۱ نفر حسابدار، ۴ نفر تایپیست و ۲ نفر نگهداری.

(د) هزینه مواد مصرفی

تعداد و نوع هزینه های مصرفی عبارتند از: فیلم برای ذخیره اطلاعات، آب و غذا برای کارکنان، لوازم الاتحریر، بازاریابی و آموزش کارکنان، هزینه های تامین برق دستگاه و مواد شوینده بکار رفته برای شستشوی واحد تصویربرداری.

(و) تخمین تعداد بیماران

با فرض آنکه انجام اسکن با MRI، ۳ تسلای از زمان آماده شدن تا تمام شدن کار تصویربرداری برای هر بیمار حدود بیست و پنج دقیقه تا نیم ساعت زمان ببرد، به ازای هر هشت

برای محاسبه و تخمین هزینه های این فناوری شامل؛ هزینه های ساختمان، تجهیزات، نیروی انسانی و مواد مصرفی جستجوی کاملی در بانک های اطلاعاتی پزشکی Google scholar و MEDLINE انجام شد. همچنین برای محاسبه و تخمین هزینه های با نماینده شرکت اصلی عرضه کننده فناوری در ایران و مدیر بیمارستانی که در زمان مطالعه از فناوری استفاده می کرد تماس حاصل شد و اطلاعات مورد نیاز از طریق آنها جمع آوری گردید. برای انجام محاسبات، هزینه های طبق جدول شماره یک به سه دسته سرمایه ای (شامل هزینه خرید یا اجاره ساختمان، هزینه تجهیزات و دستگاه ها)، هزینه کارکنان و سایر هزینه های شامل هزینه های مواد مصرفی، هزینه های جاری، تعمیر و نگهداری) تقسیم و محاسبه شده است. در این گزارش، هزینه سالیانه به کارگیری و نگهداری یک دستگاه MRI شامل هزینه های استهلاک دستگاه، تجهیزات و ساختمان، کارکنان و هزینه های جاری بر اساس قیمت های مرداد سال ۱۳۸۸ و نرخ تبدیل یورو به ریال در مرداد ۱۳۸۸ (هر یورو ۱۴۰۰ ریال) و با پیش فرض اینکه این دستگاه بین ۱۵۰۰ تا ۲۴۰۰ آزمایش در سال انجام دهد برآورد شده است. با توجه به اینکه این فناوری در صورت ورود ممکن است در شرایط و محیط های مختلف بکار گرفته شود، در این گزارش هزینه های با استفاده از یک الگوی یکسان برای حالت های مختلف محاسبه و تخمین زده شده است.

روش محاسبه هزینه های:

(الف) هزینه ساختمان

هزینه ساختمان بر مبنای قیمت حدودی خرید یک محل مناسب برای این فناوری در یک منطقه مناسب تهران در مرداد ماه سال ۱۳۸۸ محاسبه شده است. برای این منظور از

ضریب استهلاک دستگاه و تجهیزات $1/5$ در نظر گرفته شد (10% از هزینه استهلاک سالیانه دستگاه و تجهیزات کسر شد) و سایر هزینه‌ها ثابت نگاه داشته شد. **حالت هفتم**، برای در نظر گرفتن کمینه قیمت دستگاه و تجهیزات ضریب استهلاک آن $1/5$ در نظر گرفته شد و 10% دیگر نیز از قیمت MRI کسر گردید (20% کاهش هزینه تجهیزات نسبت به حالت اول)، قیمت خرید یا اجاره ساختمان صفر در نظر گرفته شد. **حالت هشتم**، در مقایسه با حالت 7 ، 10% نیز از هزینه مواد مصرفی کسر شد. **حالت نهم**، در مقایسه با حالت 8 ، 10% نیز از هزینه کارکنان کسر شد. **حالت دهم**، همان حالت اول است، فقط هزینه تزریق ماده حاجب به آن اضافه شده است (بدون احتساب هزینه ماده حاجب که معمولاً مستقیماً توسط بیمار پرداخت می‌شود).

یافته‌ها

الف) انجام تحلیل حساسیت برای محاسبه هزینه‌های مختلف MRI، ۳ تسلسل در ۱۰ حالت مختلف در حالت اول، هزینه استهلاک سالیانه هر دستگاه $3/912/138/600$ ریال، ساختمان $100/000$ ریال، کارکنان $2/544/000,000$ ریال، مواد مصرفی $1/326/000/000$ ریال می‌باشد. در مجموع در حالت اول، هزینه سالیانه دستگاه یک مورد آزمایش با این دستگاه که در این صورت هزینه $8/519/238/600$ ریال برآورد می‌شود به طور متوسط برابر است با $851/924$ ریال (جدول شماره 1). اگر در همین حالت ضریب استهلاک دستگاه بجای $1/7$ معادل $1/5$ در نظر گرفته شود حدود 10% از استهلاک سالیانه دستگاه کسر می‌شود و در نتیجه هزینه هر آزمایش با این دستگاه به طور متوسط $810/000$ ریال برآورد می‌شود. در حالت دوم، هزینه یک مورد آزمایش با این دستگاه برابر است با $791/347$ ریال. در حالت سوم، هزینه یک مورد

ساعت کاری (یعنی یک شیفت کاری) حدود 15 اسکن قابل انجام است. با فرض این که یک مرکز تصویربرداری روزانه 3 شیفت کار کند و در سال 300 روز فعالیت نماید و هر روز حدود 40 آزمون انجام بدهد سالیانه حدود 12000 آزمون انجام می‌دهد و با فرض پنج بیمار در روز سالیانه 1500 اسکن انجام خواهد شد.

اطلاعات جمع آوری شده مربوط به هزینه‌ها وارد نرم افزار اکسل گردید و با استفاده از فرمول محاسبه استهلاک سالیانه موجود در این نرم افزار (VDB)^۱ مورد تحلیل حساسیت در 10 حالت مختلف قرار گرفت، این حالات با توجه به شرایط الگوی موجود اقتصادی استفاده از فناوری MRI در کشور ما مورد فرض قرار گرفته اند، این حالات عبارتند از، **حالت اول** به عنوان حالت اصلی، با فرض انجام هزینه‌های کامل در یک واحد کامل و مجهر شده 3 MRI، تسلی در یک بیمارستان در یک منطقه نسبتاً خوب تهران که در آن سالیانه 10000 آزمایش در سال انجام شود. **حالت دوم**، در مقایسه با حالت اول، 30% از هزینه خرید یا اجاره ساختمان کسر گردید، ضریب استهلاک دستگاه و تجهیزات $1/5$ در نظر گرفته شد (10% از هزینه استهلاک سالیانه دستگاه و تجهیزات کسر شد) و سایر هزینه‌ها ثابت نگاه داشته شد. **حالت سوم**، در مقایسه با حالت دوم، 10% دیگر از هزینه استهلاک سالیانه دستگاه و تجهیزات کسر شد و سایر هزینه‌ها ثابت نگاه داشته شد. **حالت چهارم**، در مقایسه با حالت سوم، 10% از هزینه مواد مصرفی کسر شد. **حالت پنجم**، در مقایسه با حالت چهارم، 10% از هزینه کارکنان کسر شد. **حالت ششم**، در مقایسه با حالت اول، هزینه خرید یا اجاره ساختمان صفر در نظر گرفته شد،

^۱ Variable Decline Balance

است با ۶۹۱/۲۱۵ ریال. در حالت نهم، هزینه یک مورد آزمایش با این دستگاه برابر است با ۶۶۵/۷۷۵ ریال. در حالت دهم، هزینه یک مورد آزمایش با این دستگاه برابر است با ۹۵۱/۹۲۴ ریال. همانطور که قابل مشاهده است در ۱۰ حالت محاسبه شده هزینه متوسط هر آزمایش ممکن است بین حدود ۶۵۰/۰۰۰ ریال تا ۹۵۰/۰۰۰ ریال متغیر باشد (جدول شماره ۲).

آزمایش با این دستگاه برابر است با ۷۵۶/۰۷۲ ریال. در حالت چهارم، هزینه یک مورد آزمایش با این دستگاه برابر است با ۷۴۲/۸۱۲ ریال. در حالت پنجم، هزینه یک مورد آزمایش با این دستگاه برابر است با ۷۱۷/۳۷۲ ریال. در حالت ششم، هزینه یک مورد آزمایش با این دستگاه برابر است با ۷۳۹/۷۵۰ ریال. در حالت هفتم، هزینه یک مورد آزمایش با این دستگاه برابر است با ۷۰۴/۴۷۵ ریال. در حالت هشتم، هزینه یک مورد آزمایش با این دستگاه برابر

جدول شماره ۱ : حالت اول به عنوان حالت اصلی، با فرض انجام هزینه های کامل برای ۳MRI تسل

هزینه / MRI	آزمایش / سال	هزینه / سال (ریال)	نرخ استهلاک	تعداد سال استفاده	کل هزینه ها (ریال)	هزینه های سرمایه ای
۳۹۱/۲۱۴	۱۰۰۰	۳/۹۱۲/۱۳۸/۶۰۰	۱/۷	۱۰	۲۷/۷۲۶/۰۰۰/۰۰۰	هزینه های مرتبط با تجهیزات MRI
۷۳/۷۱۰	۱۰۰۰	۷۳۷/۱۰۰/۰۰۰	۲/۷	۳۰	۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	هزینه ساختمان (تهران)
۱۳۲/۶۰۰	۱۰۰۰	۱/۳۲۶/۰۰۰/۰۰۰	---	---	---	هزینه کل نگهداری
۲۵۴/۴۰۰	۱۰۰۰	۲/۵۴۴/۰۰۰/۰۰۰	---	---	---	هزینه کل کارکنان
۸۵۱/۹۲۴	۱۰۰۰	۸/۵۱۹/۲۴۰/۰۰۰	---	---	---	مجموع هزینه ها

جدول ۲: جدول میزان هزینه به ازای هر آزمایش را در تمام حالت‌ها برای MRI ۳ تسلا

شماره حالت	هزینه ساختمان	هزینه استهلاک دستگاه	هزینه مواد صرفی	هزینه کارکنان	هزینه به ازای هر آزمایش(ریال)	کامل(جدول ۱)	کامل(جدول ۱)	کامل(جدول ۱)	کامل(جدول ۱)	کامل(جدول ۱)
حالت ۱					۸۵۱/۹۲۴	کامل(جدول ۱)	کامل	کامل(جدول ۱)	کامل	کامل(جدول ۱)
حالت ۲	%۳۰ کاهش	%۲۰ کاهش			۷۹۱/۳۴۷	کامل	کامل			
حالت ۳	%۳۰ کاهش	%۲۰ کاهش			۷۵۶/۰۷۲	کامل	کامل			
حالت ۴	%۳۰ کاهش	%۲۰ کاهش			۷۴۲/۸۱۲	کامل	%۱۰ کاهش			
حالت ۵	%۳۰ کاهش	%۲۰ کاهش			۷۱۷/۳۷۲	%۱۰ کاهش	%۱۰ کاهش			
حالت ۶	صفرا	%۱۰ کاهش			۷۳۹/۷۵۰	کامل	کامل			
حالت ۷	صفرا	%۲۰ کاهش			۷۰۴/۴۷۵	کامل	کامل			
حالت ۸	صفرا	%۲۰ کاهش			۶۹۱/۲۱۵	کامل	%۱۰ کاهش			
حالت ۹	صفرا	%۲۰ کاهش			۶۶۵/۷۷۵	%۱۰ کاهش	%۱۰ کاهش			
حالت ۱۰	کامل	کامل			۹۵۱/۹۲۴	کامل + تزریق ماده حاجب				

هزینه‌ها در مقایسه با هزینه کامل (هزینه حالت یک) در همان ستون می‌باشد

شود. که در این صورت هزینه یک مورد آزمایش با این دستگاه به طور متوسط برابر است با ۷۲۰/۳۴۴ ریال (جدول شماره ۳). اگر در همین حالت ضریب استهلاک دستگاه بجای ۱/۷ معادل ۱/۵ در نظر گرفته شود حدود ۱۰٪ از استهلاک سالیانه دستگاه کسر می‌شود و در نتیجه هزینه هر آزمایش با این دستگاه به طور متوسط ۶۹۷/۶۰۵ ریال برآورده می‌شود. در حالت دوم، هزینه یک مورد آزمایش با این دستگاه برابر است با ۶۷۹/۱۷۸ ریال.

ب) انجام تحلیل حساسیت برای محاسبه هزینه‌های مختلف MRI ۱/۵ ۳ تسلا در ۱۰ حالت مختلف در حالت اول، هزینه استهلاک سالیانه هر دستگاه ۲/۳۵۹/۱۹۲/۰۰۰ ریال، ساختمان ۶۱۴/۲۵۰/۰۰۰ ریال، کارکنان ۱/۶۸۶/۰۰۰ ریال، مواد مصرفی ۲/۵۴۴/۰۰۰ ریال می‌باشد. در مجموع در حالت اول، هزینه سالیانه دستگاه ۷/۲۰۳/۴۴۲/۰۰۰ ریال برآورده می‌باشد.

آزمایش با این دستگاه برابر است با ۵۷۶/۶۸۴ ریال. در حالت نهم، هزینه یک مورد آزمایش با این دستگاه برابر است با ۵۵۱/۲۴۴ ریال. در حالت دهم، هزینه یک مورد آزمایش با این دستگاه برابر است با ۳۴۴/۸۲۰ ریال. همانطور که قابل مشاهده است در ۱۰ حالت محاسبه شده هزینه متوسط هر آزمایش ممکن است بین حدود ۵۵۰/۰۰۰ ریال تا ۸۲۰/۰۰۰ ریال متغیر باشد (جدول شماره ۴).

در حالت سوم، هزینه یک مورد آزمایش با این دستگاه برابر است با ۶۵۷/۸۶۰ ریال. در حالت چهارم، هزینه یک مورد آزمایش با این دستگاه برابر است با ۶۴۱/۰۰۰ ریال. در حالت پنجم، هزینه یک مورد آزمایش با این دستگاه برابر است با ۶۱۵/۵۶۰ ریال. در حالت ششم، هزینه یک مورد آزمایش با این دستگاه برابر است با ۶۳۶/۱۸۰ ریال. در حالت هفتم، هزینه یک مورد آزمایش با این دستگاه برابر است با ۵۹۳/۵۴۴ ریال. در حالت هشتم، هزینه یک مورد

جدول شماره ۳: حالت اول به عنوان حالت اصلی، با فرض انجام هزینه های کامل برای MRI ۱/۵ تسلای

هزینه /	هزینه /	آزمایش /	هزینه/سال (ریال)	نرخ استهلاک	تعداد سال استفاده	کل هزینه ها (ریال)	هزینه های سرمایه ای
MRI	MRI	سال	۲/۳۵۹/۱۹۲/۰۰۰	۱/۷	۱۰	۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰	هزینه های مرتبه با تجهیزات MRI
۹۱۹	۲۳۵	۱۰۰۰	۶۱۴/۲۵۰/۰۰۰	۲/۷	۳۰	۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	هزینه ساختمان (تهران)
۶۱/۴۲۵		۱۰۰۰	۱/۶۸۶/۰۰۰/۰۰۰	---	---	---	هزینه کل نگهداری
۱۶۰۰		۱۰۰۰	۲/۵۴۴/۰۰۰/۰۰۰	---	---	---	هزینه کل کارکنان
۱۶۸							
۱۴۰۰		۱۰۰۰	۷/۲۰۳/۴۴۲/۰۰۰		---	---	مجموع هزینه ها
۲۵۴							
۱۳۴۴		۱۰۰۰					
۷۲۰							

جدول شماره ۴: جدول میزان هزینه به ازای هر آزمایش را در تمام حالت‌ها برای MRI ۱/۵ تسلای

شماره حالت	هزینه ساختمان	هزینه استهلاک دستگاه	هزینه مواد صرفی	هزینه کارکنان	هزینه به ازای هر آزمایش(ریال)	کامبل(جدول ۱)	کامبل(جدول ۱)	کامبل(جدول ۱)	کامبل(جدول ۱)
حالت ۱					۷۲۰/۳۴۴	کامبل	کامبل	کامبل	کامبل
حالت ۲	٪۳۰	٪۱۰			۶۷۹/۱۷۸	کامبل	کامبل	کامبل	کامبل
حالت ۳	٪۳۰	٪۲۰			۶۵۷/۸۶۰	کامبل	کامبل	کامبل	کامبل
حالت ۴	٪۳۰	٪۲۰			۶۴۱/۱۰۰	کامبل	کاهش ٪۱۰	کاهش ٪۱۰	کاهش ٪۱۰
حالت ۵	٪۳۰	٪۲۰			۶۱۵/۵۶۰	کاهش ٪۱۰	کاهش ٪۱۰	کاهش ٪۱۰	کاهش ٪۱۰
حالت ۶	صفر	٪۱۰			۶۳۶/۱۸۰	کامبل	کامبل	کامبل	کاهش ٪۱۰
حالت ۷	صفر	٪۲۰			۵۹۳/۵۴۴	کامبل	کامبل	کامبل	کاهش ٪۲۰
حالت ۸	صفر	٪۲۰			۵۷۶/۶۸۴	کامبل	کاهش ٪۱۰	کاهش ٪۱۰	کاهش ٪۱۰
حالت ۹	صفر	٪۲۰			۵۵۱/۲۴۴	کاهش ٪۱۰	کاهش ٪۱۰	کاهش ٪۱۰	کاهش ٪۱۰
حالت ۱۰	کامبل				۸۲۰/۳۴۴	کامبل + تزریق ماده حاجب	کامبل	کامبل	کامبل

هزینه‌ها در مقایسه با هزینه کامل (هزینه حالت یک) در همان ستون می‌باشد

تعداد ۱۲۰۰ عدد در سال به ترتیب برابر خواهد بود با، ۷۱۰/۹۱۸ و ۵۶۵/۰۳۷ ریال. هزینه هر آزمایش با دستگاه MRI ۳ تسلای ۱/۵ MRI با تعداد ۶۰۰۰ عدد در سال به ترتیب برابر خواهد بود با، ۱/۰۵۹/۵۷۴ و ۱/۰۵۹/۳۳۷ ریال. هزینه هر آزمایش با دستگاه MRI ۳ تسلای ۱/۵ MRI با تعداد ۳۰۰۰ عدد در سال به ترتیب برابر خواهد بود با، ۲/۴۰۴/۲۰۶ و ۱/۸۷۹/۰۳۳ ریال. هزینه هر آزمایش با دستگاه MRI ۳ تسلای ۱/۵ MRI با تعداد ۱۵۰۰ عدد در سال به ترتیب برابر خواهد بود با، ۴/۵۲۶/۴۱۳ و ۴/۴۷۶/۰۶۵ ریال (جدول شماره ۵).

ج) انجام تحلیل حساسیت برای محاسبه هزینه‌های مختلف MRI ۱/۵ تسلای ۳ تسلای با انجام تعداد تست‌های مختلف در سال به علت شرایط کاری و محیطی مختلف و همچنین تعداد شیفت‌های متنوع کارکنان در مراکز استفاده از این فناوری، پژوهشگران بر آن شدند تا با استفاده از تعداد تست‌های مختلف فرضی انجام گرفته با این فناوری در سال، به انجام یک تحلیل حساسیت دست بزنند که نتایج زیر را در بر داشت: هزینه هر آزمایش با دستگاه MRI ۳ تسلای ۱/۵ MRI با تعداد ۲۴۰۰۰ عدد در سال به ترتیب برابر خواهد بود با، ۳۷۳/۰۸۴ و ۳۰۰/۱۴۳ ریال. هزینه هر آزمایش با دستگاه MRI ۳ تسلای ۱/۵ MRI با

جدول شماره ۵: هزینه های MRI ۱/۵ تسلو ۳MRI برمبنای ۲۴۰۰۰ تا ۱۵۰۰ آزمایش در سال

هزینه های MRI	آزمایش/سال	هزینه های سرمایه ای	هزینه های کارکنان	هزینه های و هزینه های تجهیزات	۱/۵ MRI	۳MRI
هزینه/آزمایش	۲۴۰۰۰ آزمایش/سال)	کامل	کامل	۳۰۰/۱۴۳	۳۷۳/۰۸۴	
هزینه/آزمایش	۱۲۰۰۰ آزمایش/سال)	کامل	%۹۰ کامل	۵۶۵/۰۳۷	۷۱۰/۹۱۸	
هزینه/آزمایش	۲۶۰۰۰ آزمایش/سال)	کامل	%۸۰ کامل	۱/۰۵۹/۵۷۴	۱/۳۵۱/۳۳۷	
هزینه/آزمایش	۳۰۰۰ آزمایش/سال)	%۹۰ کامل	%۷۰ کامل	۱/۸۷۹/۰۳۳	۲/۴۰۴/۲۰۶	
هزینه/آزمایش	۱۵۰۰ آزمایش/سال)	%۹۰ کامل	%۶۰ کامل	۲/۲۷۶/۰۶۵	۴/۵۲۶/۴۱۳	

بحث

استفاده می شود (۹). این فناوری در تشخیص تنگی عروق کرونر هم کاربرد دارد که البته برتری چندانی بر سی تی اسکن ندارد، بسته به نوع استفاده، زمان انجام آزمایش تغییر نموده و در نتیجه تعداد انجام آزمایشات در روز نیز متفاوت می گردد. مثلا اگر از این فناوری برای تشخیص تنگی عروق کرونر استفاده شود ممکن است انجام هر آزمایش حدود ۳۰ تا ۴۵ دقیقه طول بکشد و در یک روز (دو شیفت کاری) حداقل ۲۰ آزمایش انجام شود که در این صورت هزینه هر آزمایش ۱/۳۵۰/۰۰۰ ریال برآورد می شود و این موضوع لازم است در تعیین تعرفه آزمایشات مورد توجه قرار گیرد. مثلا اگر انجام یک آزمایش از مهره های گردن یا کمر حدود ۱۰ دقیقه طول بکشد تعرفه آن نیز بایستی به همین نسبت کاهش یابد. با توجه به آنکه به نظر می رسد در طول سال های گذشته تعرفه سی تی اسکن به تدریج افزایش یافته است اما این افزایش تعرفه در مورد MRI کمتر بوده است به همین سبب به تدریج تعرفه MRI به سی تی اسکن نزدیک شده است که ممکن است در موقعی که انجام یک سی تی اسکن معمولی کافی می

هزینه هر آزمایش با دستگاه MRI ۳ تسلو در ایران به طور مستقیم به تعداد آزمایشگاهی بستگی دارد که در سال با آن دستگاه انجام می شود و اگر تعداد آزمایشات بین ۱۵۰۰ تا ۲۴۰۰ در یک سال فرض شود هزینه انجام هر آزمایش با این فناوری بین ۳۷۳/۰۰۰ ریال تا ۴/۵۲۷/۰۰۰ ریال متغیر خواهد بود. این عدد در شرایط مساوی برای انجام یک آزمایش با فناوری MRI ۱/۵ تسلو بین ۳۰۰/۰۰۰ ریال تا ۳/۴۷۷/۰۰۰ ریال می باشد. تعریف موجود بخش دولتی (سال ۱۳۸۸) استفاده از MRI برای هر قسمت از بدن حدود ۸۵۰/۰۰۰ ریال است که مقدار کمی از تعریف سی تی اسکن بالاتر است. این در حالی است که هزینه هربار آزمایش با فناوری ۳ تسلو در ایالات متحده حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار می باشد.

این فناوری کاربردهای مختلف دارد که مهمترین های آنها عبارتند از تشخیص بیماری های قلبی عروقی، اختلالات مغز و دستگاه عصبی مرکزی، بیماری های احتشای شکمی و اختلالات مفاصل (۵). این فناوری در قلب بیشتر برای شناسایی بیماری های بافت سفت (مثل ضایعات مادرزادی)

بهرگیری از MRI با قدرت‌های بالاتر میدان مغناطیسی، ارزش تشخیصی بالاتری ایجاد خواهد کرد (۱۱). همچنین کیفیت تصاویر ۳ تsla در اغلب سطوح تصویر نسبت به ۱/۵ تsla برتری دارد (۱۵). البته هزینه انجام هر آزمایش با MRI ۳ تsla نسبت به MRI ۱/۵ تsla هم حدوداً ۲۰٪ بیشتر است. بنابراین در مواردی که استفاده از ۱/۵ تsla کافی است ضرورتی ندارد از ۳ تsla استفاده شود و از طرفی در مراکزی که فناوری ۱/۵ تsla راه اندازی شده است نیازی به جایگزینی آن با ۳ تsla نیست. در مراکز نسبتاً بزرگ که به اندازه کافی بیمار دارند و بخشی از بیماران نیز نیاز به انجام آزمایش با فناوری ۳ تsla دارند پیشنهاد می‌شود در صورت تصمیم به خرید فناوری MRI از نسخه ۳ تsla استفاده نمایند که با کمی افزایش هزینه مزایای اندکی نیز به همراه دارد. یافته‌های بالا نشان می‌دهد هزینه هر آزمایش بر اساس تعداد آزمایشاتی که در سال انجام می‌شود به میزان زیادی تغییر می‌کند، بر این اساس به نظر می‌رسد مجوز این فناوری برای مراکزی صادر شود که در آنجا به تعداد کافی بیمار وجود داشته باشد، در غیر این‌صورت باعث افزایش هزینه تمام شده می‌شود یا اینکه ممکن است موسسات ارائه دهنده خدمت را به سمت ارائه خدمات غیر ضروری سوق دهد. همچنین لازم است از ورود بدون کنترل با تعداد نامحدود این فناوری جلوگیری شود تا باعث انجام خدمات غیر ضروری نگردد.

نتیجه گیری نهایی

هزینه هر آزمایش با دستگاه MRI ۳ تsla در ایران، اگر تعداد آزمایش بین ۱۵۰۰ تا ۲۴۰۰۰ در یک سال فرض شود

باشد باعث استفاده غیر منطقی و غیر ضروری فناوری MRI گردد. باستی این موضوع را مدنظر قرار داد که مزیت ۳ تsla به ۱/۵ تsla اندک است ولی با این حال مهمترین مزیت آن وجود (signal to noise ratio) SNR بالاتر است که منجر به افزایش رزولوشن تصویر در زمان ثابت و یا کاهش زمان تصویربرداری برای رزولوشن ثابت می‌گردد. اهمیت این موضوع در تصویربرداری از بیماران بدخلال، تصویربرداری‌هایی که نیازمند زمان طولانی باشند و یا در مواردی که تصویربرداری عملکردی، متابولیک و ساختاری مورد نظر است و همچنین در ارزیابی روش‌های نوین ملموس تر می‌شود (۱۰). با بهره‌گیری از این فناوری، اسکن‌های بیشتر و باریک‌تری در زمان ثابت قابل دستیابی می‌باشد (۱۱). از نظر عوارض جانبی نیز، تحریکات حسی (شامل؛ دیدن تلاوهایی از نور توسط بیمار، سرگیجه، سردرد، وجود طعم فلزی در دهان، تغییرات در میزان درد و همچنین تاثیرات ادراکی) در دو گروه ۳ و ۱/۵ تsla در مقایسه با ۰/۶ ۰ تsla بیشتر می‌باشد (۱۲). همچنین عوارض بهره‌گیری از فیلد‌های پرقدرت (۳ تsla و بالاتر) گذشته از مسایل فنی و مهندسی، انبارش انژی در بافت‌ها و افزایش احتمال مشاهده آرتیفیکت است (۱۳). در صورت وجود اجزای بیومدیکال فلزی، با افزایش قدرت فیلد، قطر آرتیفیکت ایجاد شده افزایش می‌یابد. هر چند که در صورت استفاده از اجزای سرامیکی، این مشکل به حداقل می‌رسد و تغییری در بین فیلد‌های مختلف مغناطیسی ایجاد نمی‌گردد (۱۴). در مجموع ۳ تsla ممکن است علاوه بر آن که توانایی‌های دستگاه‌های ۱/۵MRI تsla را داشته باشد قادر به تشخیص مواردی باشد که با دستگاه‌های قدیمی تر قابل تشخیص نیست که از این جهت به نظر می‌رسد

بیمار کافی تحت پوشش آن وجود دارد تا صرفه اقتصادی داشته باشد در غیر این صورت ممکن است باعث ارای ۷۴-۰۱-۸۸ بهداشتی درمانی تهران در سال ۱۳۸۸ به کد ۸۵۹۱ می باشد که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده است.

بین ۳۷۳/۰۰۰ ریال تا ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال متغیر خواهد بود. پیشنهاد می شود مجوز این فناوری به مرآکزی داده شود که خدمات غیر ضروری یا ارائه خدمات با هزینه های غیر منطقی شود.

تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی تحت عنوان ارزیابی فناوری MRI ۳ Tesla مصوب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

References

1. Bridges J, Jones C. Patient-based health technology assessment: A vision of the future. International Journal of Technology Assessment in Health Care 2007;23:30–35.
2. Garber A. Can technology assessment control health spending? Health Affairs 1994;13:115-126.
3. Mokhtari Payam M, Akbarisari A, Aye M, Mobinizadeh M, Manavi S. Safety and diagnostic performance of dual-source CT scan in comparison with single source CT and conventional angiography in coronary heart diseases. Hospital Journal 2010;9: 25-33.
4. World Health Organization [cited Sep 2011]. Diagnostic imaging. Available at: URL:http://www.who.int/diagnostic_imaging/en/ Sep 2011
5. Nedjat S, Akbarisari A, Mobinizadeh M, Khabiri R, Ghalichi L. The effect of MRI 3 Tesla in diagnosis and treatment of neurological and heart diseases: Systematic Review. Journal of Isfahan Medical School, August 2011;29 (142, 2nd week):733-744.
6. Clarke G, Rahal A, Morin R. Magnetic resonance imaging at 3 Tesla: time to begin again. Journal of the American College of Radiology 2004;1:524-6.
7. Palesh M, Fredrikson S, Jamshidi H, Tomson G, Petzold M. How is magnetic resonance imaging used in Iran? Int J Technol Assess Health Care 2008;24:452-8.
8. Palesh M, Tishelman C, Fredrikson S, Jamshidi H, Tomson G, Emami A. We noticed that suddenly the country has become full of MRI. Policy makers' views on diffusion and use of health technologies in Iran. Health Res Policy Syst 2010;6:9.
9. Ligabue G, Fiocchi F, Ferraresi S, Barbieri A, Rossi R, Modena M.G and et al. 3-Tesla MRI for the evaluation of myocardial viability: a comparative study with 1.5-Tesla MRI. Radiologia Medica 2008;113:347-62.
10. Tielemans A, Vandemaele P, Seurinck R, Deblaere K, Achter E. Comparison between functional magnetic resonance imaging at 1.5 and 3 Tesla. Investigative Radiology 2007;42:130-8.

11. Bachmann R, Reilmann R, Schwindt W, Kugel H, Heindel W, Kramer S. Flair imaging for multiple sclerosis: a comparative MR study at 1.5 and 3.0 Tesla. European Radiology 2006;16:915-21.
12. Weintraub M, Khouri A, Cole S. Biologic effects of 3 Tesla (T) MR imaging comparing traditional 1.5 T and 0.6 T in 1023 consecutive outpatients. Journal of Neuroimaging 2007;17:241-5.
13. Briellmann R, Pell G, Wellard R, Mitchell L, Abbott D, Jackson G. MR imaging of epilepsy: state of art at 1.5 T and potential of 3 T. Epileptic Disorders 2003;5:3-20.
14. Matsuura H, Inoue T, Konno H, Sasaki M. Quantitative analysis of magnetic resonance imaging susceptibility artifacts caused by neurosurgical biomaterials: comparison of 0.5, 1.5 and 3 Tesla magnetic fields. Neurologia Medico-Chirurgica 2005;45:395-8.
15. Wieners G, Detert J, Streitparth F, Pech M, Fischbach F, Burmester G dan et al .High-resolution MRI of the wrist and finger joints in patients with rheumatoid arthritis: comparison of 1.5 Tesla and 3.0 Tesla. European Radiology 2007;17:2176-82.