

مقاله پژوهشی

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دوره ۱۵، دی ۹۷-۹۶، ۱۳۹۵

ارزیابی دقیق رادیوگرافی بایتوبینگ دیجیتال (CMOS) در سنجش تحلیل استخوان آلوئولار بین‌دندانی در دندان‌های خلفی

زهرا تفاحری^۱، سهیلا دوستکی^۲، محمود شیخ فتح‌الهی^۳، مرجان السادات سیدابراهیمی‌نژاد^۴

دریافت مقاله: ۹۵/۹/۶ ارسال مقاله به نویسنده جهت اصلاح: ۹۵/۸/۱۸ پذیرش مقاله: ۹۵/۹/۳ دریافت اصلاحیه از نویسنده: ۹۵/۹/۲

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اینکه معاینات رادیوگرافیک در تعیین طرح درمان بیماران با مشکلات پریودنتالی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، لذا این مطالعه با هدف تعیین دقیق رادیوگرافی بایتوبینگ دیجیتال (CMOS) در سنجش میزان تحلیل استخوان آلوئول بین‌دندانی در دندان‌های خلفی انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، تعداد ۶۱ دندان از ۱۶ بیمار مراجعه‌کننده به بخش پریودنتیکس دانشکده دندان‌پزشکی رفسنجان که دارای بیماری پریودنتیت بودند، بهطور در دسترس انتخاب شدند. بیماران توسط متخصص پریودنتیکس تحت معاینه و پروبینگ قرار گرفتند و فاصله (Cemento-Enamel Junction) CEJ تا کرست استخوان آلوئول، در سطح مزیال و دیستال دندان‌های چهار، پنج و شش با پروب مدرج و بیلیامز با دقیقیت یک میلی‌متر، اندازه‌گیری گردید. سپس از بیماران، رادیوگرافی بایتوبینگ دیجیتال تهیه شد و فاصله فوق الذکر با استفاده از برنامه نرم‌افزاری آنالیز خطی CMOS توسط یک رادیولوژیست دهان، فک و صورت اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری *t* زوجی و رگرسیون خطی ساده آنالیز شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد میانگین تحلیل استخوان (میلی‌متر) در رادیوگرافی CMOS به‌طور معنی‌داری کمتر از معاینه بالینی است ($p < 0.01$). با مدل رگرسیون خطی ساده می‌توان میانگین تحلیل استخوان در معاینه بالینی را از روی میزان تحلیل استخوان در رادیوگرافی CMOS با دقیقیت بیش از ۹۹ درصد پیش‌بینی نمود.

نتیجه‌گیری: رادیوگرافی CMOS، میزان تحلیل استخوان آلوئول بین‌دندانی در دندان‌های خلفی را کمتر از میزان اندازه‌گیری شده در معاینه بالینی نشان می‌دهد، اما با استفاده از مقادیر اندازه‌گیری شده بر روی رادیوگرافی CMOS می‌توان با دقیقیت بسیار بالایی (بیش از ۹۹ درصد)، عمق پروب را پیش‌بینی نمود. به‌نظر می‌رسد که از این رادیوگرافی می‌توان در اندازه‌گیری میزان تحلیل استخوان آلوئولار بین‌دندانی در دندان‌های خلفی در بالین بیمار استفاده نمود.

واژه‌های کلیدی: تحلیل استخوان، رادیوگرافی بایتوبینگ دیجیتال (CMOS)، پروبینگ، رفسنجان

۱- (نویسنده مسئول) استادیار رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
تلفن: ۰۳۴-۳۴۲۸۰۰۰۸، دورنگار ۳۴-۳۴۲۸۰۰۰۸، پست الکترونیکی: ztafakhori@yahoo.com

۲- استادیار گروه آموزشی پریودنتولوژی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

۳- استادیار گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و عضو مرکز تحقیقات محیط کار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

۴- دانشجوی دندان‌پزشکی عمومی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

مقدمه

رادیوگرافی به عنوان یک وسیله کمکی ارزشمند در تشخیص بیماری‌های پریودنتال، تعیین پیش‌آگهی بیماری و ارزیابی نتیجه درمان مطرح است. ارزیابی رادیوگرافیک تغییرات استخوان در بیماری پریودنتال، عمدهاً بر اساس نمای سپتوم بین‌دندانی است [۶]. رادیوگرافی معمولی به طور گستره‌ای در موارد بالینی به کار می‌رود، اما خطاهای حین کار کردن با فیلم و خطاهای ظهور و ثبوت می‌تواند بر روی آن تأثیر بگذارد و پس از تکمیل ظهور و ثبوت، امکان بهبود تصویر وجود ندارد [۷].

با پیشرفت علم و تکنولوژی، از سال ۱۹۷۰ رادیوگرافی‌های دیجیتال وارد بازار شدند که به سرعت سیر تغییرات خود را طی نمودند تا جایی که امروزه به طور گستره‌ای در حال جایگزینی با رادیوگرافی‌های معمولی هستند [۸]. مطالعه Eickholz و همکاران نشان داد که ارزیابی رادیوگرافی دیجیتال از تحلیل استخوان نسبت به اندازه‌گیری حین جراحی کمتر است [۹]. Akesson و همکاران مقدار تحلیل ستیغ استخوان آلوئول را توسط پروب و نیز رادیوگرافی‌های پری‌اپیکال و بايت‌وینگ و پانورامیک اندازه گرفتند و نشان دادند که پری‌اپیکال موازی، بیشترین دقت و پانورامیک، کمترین دقت را در نمایش اندازه تحلیل ستیغ استخوان آلوئول دارند [۱۰]. Haghaniifar و همکارانش نیز در مطالعه‌ای نشان دادند که رادیوگرافی بايت‌وینگ معمولی از دقت بالایی در اندازه‌گیری میزان تحلیل استخوان آلوئول برخوردار است [۱۱]. در این مطالعه بر آن شدیدم که دقت رادیوگرافی بايت‌وینگ دیجیتال را در ارزیابی میزان تحلیل استخوان بین‌دندانی در دندان‌های خلفی بسنجمیم تا چنانچه این نوع رادیوگرافی از دقت بالایی در این زمینه برخوردار باشد، در

پریودنتیت یک بیماری التهابی ساختمان‌های حمایت‌کننده دندان است که توسط میکروارگانیسم‌های خاص ایجاد می‌شود و به صورت بروز نقاچیص در لیگامنت پریودنتال، کرست آلوئول بین‌دندانی تحت تأثیر تغییراتی قرار می‌گیرد که نمای لامینادر، دانسیته رادیوگرافی کرست، شکل و اندازه فضاهای مفرز استخوان و ارتفاع و کانتور استخوان را متأثر می‌سازد [۱].

ارتفاع و دانسیته استخوان آلوئولار در اثر تعادل بین تحلیل و تشکیل استخوان تعیین می‌شود [۲]. به طور معمول در یک پریودنشیوم سالم، فاصله کرست استخوان تا CEJ در رادیوگرافی بايت‌وینگ یا پری‌اپیکال موازی در ناحیه مولار، باید حدود ۱/۹ تا دو میلی‌متر باشد و تغییر بیش از ۰/۷۱ میلی‌متر در این فاصله در رادیوگرافی پری‌اپیکال موازی نشانه تحلیل استخوان است. تحلیل استخوان از داخل، موجب نازک شدن تراکولای استخوانی و وسیع شدن فضای مفرز استخوان و در نهایت تخریب استخوان و کاهش ارتفاع استخوان می‌شود [۳]. الگوی تخریب افقی شایع‌ترین فرم تحلیل استخوان در بیماری‌های پریودنتال است. در این حالت از ارتفاع استخوان کاسته می‌شود ولی لبه آن به صورتی عمود بر سطح دندان باقی می‌ماند [۴]. اندازه تحلیل استخوان را می‌توان به طور دقیق توسط جراحی بازبینی نمود و یا با استفاده از نمونه‌برداری بافت و بررسی میکروسکوپی تعیین نمود، اما این روش‌ها تهاجمی بوده و باعث صرف وقت و هزینه‌های زیاد می‌شوند [۵].

سپس بیماران در زمان‌های تعیین شده در بخش پریودنوتولوژی دانشکده دندانپزشکی رفسنجان بعد از تریق بی‌حسی در صورت نیاز، توسط متخصص پریودنتیکس، تحت معاینه و پروپینگ پریودنتال قرار گرفتند و فاصله CEJ تا کرست استخوان آلوئول در سطوح مزیال و دیستال دندان‌های موردنظر بیماران، با پروب مدرج پریودنتال ویلیامز (Hoofredy, Chicago, USA) و با دقت یک میلی‌متر اندازه‌گیری شد. این اندازه‌گیری مستقیم، به عنوان استاندارد طلایی ما در این مطالعه در نظر گرفته شد.

رادیوگرافی‌های بایتوینگ دیجیتال نیز، در شرایط بالینی طبیعی و قبل از انجام جراحی پریودنتال، به وسیله گیرنده دیجیتال CMOS (Apixia, California, USA) از بیماران تهیه شد. تصاویر دیجیتال بر روی مانیتور کامپیوتر مشاهده شدند. اندازه‌گیری بر روی تصاویر دیجیتال نیز به وسیله ابزار اندازه‌گیری نرمافزار Apixia 2.0B.d)، از CEJ تا کرست استخوان آلوئول بین‌دندانی روی سطوح مزیال و دیستال هر دندان توسط رادیولوژیست دهان، فک و صورت انجام شد.

همچنین برای ارزیابی توافق مشاهده‌گر با خودش (Intra-observer agreement)، ۱۵ درصد دندان‌های دارای تحلیل استخوان و ۱۵ درصد رادیوگرافی‌ها به صورت تصادفی، بعد از یک هفته توسط مشاهده‌گر اصلی به صورت مجزا و بدون اطلاع از مقادیر اولیه، دوباره بررسی شده و با نتایج اولیه مقایسه گردید. در پایان، مقادیر تحلیل استخوان آلوئولار بین‌دندانی در دندان‌های خلفی در رادیوگرافی بایتوینگ دیجیتال و پروب مدرج پریودنتال مورد مقایسه آماری قرار گرفتند.

بالین مورد استفاده واقع شده و موجب ارتقای سطح کیفی درمان‌های پریودنتال شود.

مواد و روش‌ها

این مطالعه مقطعی، در سال ۱۳۹۵ بر روی ۶۱ دندان از ۱۶ بیمار مراجعه‌کننده به بخش پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی رفسنجان انجام گرفت. این بیماران دارای بیماری پریودنتیت بوده و برای درمان نیازمند جراحی پریودنتال و نیز برای انجام سایر اعمال دندانپزشکی خود نیازمند گرفتن رادیوگرافی بایتوینگ بودند و به طور در دسترس انتخاب شدند.

بر اساس مطالعه HaghaniFar و همکاران در سال ۱۳۸۳ در دانشکده دندانپزشکی بابل [۱۱] و با استفاده

از رابطه
$$\frac{Z^2 \times \sigma^2}{d^2} = n^{1-\alpha/2}$$
، حجم نمونه مورد بررسی، ۶۱ دندان خلفی تعیین گردید. در این رابطه، $\alpha=0.05$ ، $\sigma=1/59$ ، میلی‌متر (برآورد انحراف معیار تحلیل استخوان آلوئول بین‌دندانی دندان‌های پرمولر فک پایین در رادیوگرافی بایتوینگ) و $d=4/40$ (دقت مطالعه) بود.

بیماران دارای بیماری سیستمیک خاص مؤثر بر بیماری‌های پریودنتال، بیماران فقد تحلیل استخوان، بیماران فقد هر یک از دندان‌های پرمولر یا مولر فک بالا یا پایین و بیمارانی که توانایی فیزیکی یا مالی برای گرفتن رادیوگرافی بایتوینگ نداشتند، از مطالعه خارج شدند. همچنین دندان هفت نیز به دلیل تنوع در حضور دندان عقل در بیماران، وارد این مطالعه نشد. به منظور بررسی هرگونه شرایط پاتولوژیک داخل دهانی و مشخص کردن وضعیت بالینی، بیماران مزبور تحت معاینات پریودنتال و آموزش بهداشت قرار گرفتند.

۹۷۰ ارزیابی دقت رادیوگرافی بایت وینگ دیجیتال (CMOS) در سنجش تحلیل استخوان آلوئولار بین دندانی ...

برخوردار می باشد ($p < 0.05$). سطح معنی داری در آزمون ها 0.05 در نظر گرفته شد.

نتایج

این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۵ بر روی ۶۱ دندان خلفی در ۱۶ بیمار (نه مرد و هفت زن با میانگین و انحراف معیار سنی 41.75 ± 12.76 سال و حداقل و حداکثر سنی ۲۴ و ۶۰ سال) مراجعه کننده به بخش پریودنولوژی دانشکده دندانپزشکی رفسنجان به منظور تشخیص بیماری پریودنال انجام گرفت. جدول ۱، مقایسه میانگین تحلیل استخوان (میلی متر) در معاینه بالینی و رادیوگرافی CMOS را بر حسب متغیرهای مورد بررسی در بیماران موردمطالعه نشان می دهد. همان گونه که در جدول ۱ مشاهده می شود، آزمون آماری t زوجی نشان داد که میانگین تحلیل استخوان (میلی متر) در رادیوگرافی CMOS به طور معنی داری کمتر از معاینه بالینی است ($p < 0.001$).

داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۸/۰ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. متغیرهای کمی به صورت «انحراف معیار ± میانگین» گزارش گردید. به منظور مقایسه میانگین تحلیل استخوان بین دندانی در دندان های خلفی در رادیوگرافی بایت وینگ دیجیتال و پروب مدرج پریودنال، بر حسب متغیرهای جنسیت، سن و سطح دندان از آزمون t زوجی (paired t-test) استفاده شد. همچنین به منظور تعیین رابطه خطی بین میزان تحلیل استخوان بین دندانی در دندان های خلفی در رادیوگرافی بایت وینگ دیجیتال و پروب مدرج پریودنال بر حسب متغیرهای جنسیت، سن و سطح دندان از رگرسیون خطی ساده استفاده شد. همچنین، آزمون ناپارامتری کولموگروف- اسمیرنوف (Kolmogorov-Smirnov) نشان داد که توزیع فراوانی تقاضات های مقادیر تحلیل استخوان آلوئولار بین دندانی در روش استاندارد طلایی و رادیوگرافی دیجیتال CMOS، از توزیع نرمال

جدول ۱- مقایسه میانگین تحلیل استخوان (میلی متر) در معاینه بالینی و رادیوگرافی CMOS بر حسب متغیرهای مورد بررسی در بیماران مراجعه کننده به بخش پریودنولوژی دانشکده دندانپزشکی رفسنجان در سال ۱۳۹۵

مقدار p	درجه آزادی	مقدار t	رادیوگرافی CMOS (میلی متر)	عمق پروب (میلی متر)	نوع اندازه گیری	
					متغیر	کل دندان ها (n=۶۱)
<0.001	۶۰	19/70.6	5/73±0.97	5/93±0.96		
<0.001	۲۶	13/53.9	5/86±1.05	6/07±1.04	سطح دندان (n=۲۷)	
<0.001	۳۳	14/21.1	5/63±0.90	5/82±0.90	مزیال (n=۳۴)	
<0.001	۸	11/89.7	5/71±0.81	5/90±0.79	دیستال *	مرد (n=۹)
<0.001	۶	14/85.6	5/61±0.59	5/83±0.62		زن (n=۷)
<0.001	۶	10/34.1	5/51±0.77	5/70±0.74		سن (سال) (n=۷)<40
<0.001	۸	15/35.0	5/78±0.66	6/01±0.67		(n=۹)≥40

روابط رگرسیون خطی ساده می‌توان میانگین تحلیل استخوان (میلی‌متر) در معاینه بالینی را از روی میزان تحلیل استخوان در رادیوگرافی CMOS با دقت بیش از ۹۹ درصد پیش‌بینی نمود.

لازم به ذکر است که پس از برآش یک مدل رگرسیون خطی چندگانه به شیوه Enter شامل: سن، جنسیت، سطح دندان و میزان تحلیل استخوان در رادیوگرافی CMOS، بر روی میانگین تحلیل استخوان (میلی‌متر) در معاینه بالینی کل دندان‌ها ($n=61$)؛ فقط اثر متغیر تحلیل استخوان در رادیوگرافی CMOS معنی‌دار شد و اثر سایر متغیرها از نظر آماری معنی‌دار نبود ($p>0.05$) و مقدار درصد R^2 به دست آمد:

$$\text{سن} - 0.020 \times \text{جنسیت} + 0.016 \times \text{سطح دندان} + 0.001 \times \text{CMOS} + 0.0233 = \text{عمق پروب}$$

* در ۹ مرد مورد بررسی، به ترتیب ۶، ۱، ۳، ۲، ۵، ۴، ۷ و ۲ دندان مورد مطالعه قرار گرفته است که برای هر مرد، میانگین تحلیل استخوان دندان‌های خلفی وی در معاینه بالینی و رادیوگرافی CMOS مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین، در ۷ زن مورد بررسی، به ترتیب ۱، ۷، ۳، ۴، ۳، ۳ و ۳ دندان مورد مطالعه قرار گرفته است که برای هر زن نیز، میانگین تحلیل استخوان دندان‌های خلفی وی در معاینه بالینی و رادیوگرافی CMOS مورد استفاده قرار گرفته است. برای متغیرهای سطح دندان و سن بیماران نیز همین روش به کار رفته است.

جدول ۲، روابط خطی پیش‌بینی کننده میانگین تحلیل استخوان (میلی‌متر) در معاینه بالینی توسط رادیوگرافی CMOS را بر حسب متغیرهای مورد بررسی در بیماران نیز نشان می‌دهد.

همان‌گونه که در جدول ۲ مشاهده می‌شود، توسط

جدول ۲- روابط خطی پیش‌بینی کننده میانگین تحلیل استخوان (میلی‌متر) در معاینه بالینی توسط رادیوگرافی CMOS بر حسب متغیرهای موردنظر بررسی در بیماران مراجعه کننده به بخش پریودنتولوژی دانشکده دندان پزشکی رفسنجان در سال ۱۳۹۵

متغیر	مقدار R^2	رابطه رگرسیون خطی ساده	مقدار
كل دندان‌ها (n=61)	٪۹۹/۳	$0.0246 + 0.0992 \times \text{CMOS} = \text{عمق پروب}$	٪۹۹/۳
سطح دندان	٪۹۹/۴	$0.0313 + 0.0983 \times \text{CMOS} = \text{عمق پروب}$	مزیال (n=۲۷)
دیستال (n=۳۴)	٪۹۹/۲	$0.0191 + 0.001 \times \text{CMOS} = \text{عمق پروب}$	
جنسیت	٪۹۹/۷	$0.0372 + 0.0969 \times \text{CMOS} = \text{عمق پروب}$	مرد (n=۹)
سن (سال)	٪۹۹/۷	$0.0227 + 0.0035 \times \text{CMOS} = \text{عمق پروب}$	زن (n=7)
	٪۹۹/۷	$0.0404 + 0.0962 \times \text{CMOS} = \text{عمق پروب}$	سن (سال) <40 (n=7)
	٪۹۹/۶	$0.0207 + 0.0002 \times \text{CMOS} = \text{عمق پروب}$	سن (سال) ≥40 (n=9)

در مطالعه Talaeipor و همکاران مشاهده شد که RVG با هر دو مرجع CEJ و اکلوزال میزان از دست رفتن استخوان را بزرگتر از اندازه به دست آمده با استاندارد طلایی گزارش می نماید [۱۴].

در مطالعه Mehdizadeh و همکاران، فاصله CEJ تا کرست استخوان آلتوئلار با دو نرم افزار پردازش تصویر Scanora و Dental eye محاسبه شد و این نتیجه به دست آمد که اختلاف معنی داری در تعیین فاصله CEJ تا کرست آلوئول در سطوح مزیال دندانی بین سه اندازه گیری استاندارد، Dental eye و Scanora وجود دارد که با نتایج مطالعه ما همخوانی دارد؛ اما نتایج مطالعه آنها اختلاف معنی داری را در سطح دیستال نشان نداد [۱۵].

در مطالعه ShamlouMahmoudi، عمق ضایعات داخل استخوانی در روش دیجیتال با استفاده از آنالیز خطی RVG محاسبه شده است و این نتیجه به دست آمد که اختلاف بین اندازه به دست آمده در رادیوگرافی دیجیتال با برآورد حین جراحی از نظر آماری معنی دار نبود [۱۶].

در مطالعه Moradi Haghgoo و همکاران، بررسی بر روی تمام دندان های قدامی و خلفی بیماران، به استثنای دندان های عقل، صورت گرفته بود و از بیماران رادیوگرافی های بایت وینگ معمولی، بایت وینگ دیجیتال با سنسور PSP، تهیه شده بود. همچنین، برای اندازه گیری بر روی فیلم های بایت وینگ معمولی از کولیس دیجیتال با دقت ۰/۰۱ میلی متر و برای اندازه گیری بر روی تصاویر دیجیتال، از خط کش دیجیتال نرم افزار مربوطه استفاده شده بود و نیز فاصله CEJ تا کرست آلوئول تعیین شده توسط پروب ویلیامز به عنوان استاندارد طلایی در این مطالعه در نظر گرفته شده بود. بررسی ها نشان داد که بین

همچنین به منظور ارزیابی توافق مشاهده گر با خودش (Intra-Observer agreement)، ۱۵ درصد دندان های دارای تحلیل استخوان و ۱۵ درصد رادیوگرافی های CMOS به طور تصادفی انتخاب و بعد از یک هفته توسط مشاهده گر اصلی به صورت مجزا و بدون اطلاع از مقادیر اولیه مجدد بررسی شدند. نتایج نشان داد به طور متوسط در ۹۵ درصد موارد، میزان تحلیل استخوان در باخوانی مجدد مشابه مقدار اولیه بود.

بحث

در این مطالعه، اختلاف معنی داری بین میانگین تحلیل استخوان آلوئولار بین دندانی (میلی متر) در رادیوگرافی دیجیتال (CMOS) و معاینه بالینی مشاهده شد که با نتایج برخی مطالعات همخوانی دارد [۹-۱۰، ۱۱-۱۳]. اما با نتایج برخی مطالعات همخوانی ندارد [۱۴-۱۸].

در مطالعه Haghanifar و همکاران از رادیوگرافی بایت وینگ عمودی معمولی به وسیله فیلم نگهدار Snap-A-Ray و همچنین از کولیس با دقت ۰/۲۵ میلی متر برای اندازه گیری بر روی کلیشه رادیوگرافی استفاده شده بود که نشان داده شد رادیوگرافی بایت وینگ از دقت بالایی در اندازه گیری میزان تحلیل استخوان آلوئولار بین دندانی برخوردار است [۱۱]. تفاوت نتایج مطالعه حاضر با مطالعه Haghanifar و همکاران می تواند به دلیل استفاده از رادیوگرافی های مختلف باشد، به طوری که در آن مطالعه از رادیوگرافی آنالوگ استفاده شد، در حالی که در مطالعه ما از رادیوگرافی دیجیتال استفاده شده است.

(میلی‌متر) در معاينه بالينی را از روی ميزان تحليل استخوان در راديوجرافی پيش‌بیني نماید، يافت نشد، لذا بحثی در اين زمينه ارائه نشده است.

از محدودیت‌های مطالعه حاضر می‌توان به مقطعی بودن و همچنین عدم بررسی تمامی دندان‌های دچار تحيل استخوان از جمله دندان‌های قدامی، در بيماران مراجعه‌کننده اشاره کرد. بنابراین پيشنهاد می‌شود در مطالعات بعدی تمامی دندان‌ها بررسی شوند تا نتایج از تعیین‌پذیری بیشتری برخوردار باشد.

نتیجه‌گیری

راديوگرافی بایتونگ ديجيتال (CMOS)، ميزان تحيل استخوان آلوئول بين‌دندانی در دندان‌های خلفی را كمتر از ميزان اندازه‌گيری‌شده در معاينه بالينی نشان می‌دهد؛ ولی از آنجایی‌که با استفاده از مقادير اندازه‌گيری‌شده بر روی راديوجرافی بایتونگ ديجيتال می‌توان با دقت بسیار بالایی (بيش از ۹۹ درصد) عمق پروب را پيش‌بینی نمود، به نظر می‌رسد که از راديوجرافی CMOS می‌توان در اندازه‌گيری ميزان تحيل استخوان آلوئولار بين‌دندانی در دندان‌های خلفی در بالين بيمار استفاده نمود.

تشکر و قدردانی

بدین‌وسیله از حمایت‌های مادی و معنوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در انجام این تحقیق تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.

اندازه‌های به دست‌آمده از فاصله CEJ تا كرست استخوان آلوئول در هر يك از دو روش مذکور در مقاييسه با مقادير استاندارد طلايي تفاوت معنی‌داری وجود ندارد [۱۷].

همچنین، در مطالعه Faghihi و همکاران، نشان داده شد که تصاویر ديجيتالي‌شده در مقاييسه با تصاویر پري‌اپيكال معمولي، در تععيين عمق آسيب درون استخوانی از اعتبار بيشتری برخوردار است [۱۸].

از دلایل احتمالي تناقض این مطالعات با مطالعه حاضر، می‌توان به اختلاف در نوع دستگاه ديجيتال به‌كارفته (که می‌تواند باعث تفاوت در دقت نشان دادن جزئيات تصوير شود)، روش اندازه‌گيری خطی (دقت نرم‌افزارهای برنامه‌های مختلف، متفاوت است و همچنین دقت كوليس‌ها جهت اندازه‌گيری تصاویر در مطالعات مختلف، تفاوت دارد) و نوع تحيل استخوان (أنواع تحيل استخوان می‌تواند بر روی دقت اندازه‌گيری‌ها تأثير داشته باشد) و نوع دندان‌های بررسی‌شده (شكل ستيغ استخوانی بين دندان‌ها در دندان‌های قدامی و خلفی متفاوت است و اين نکته می‌تواند بر روی دقت اندازه‌گيری تأثير بگذارد) و همچنین می‌توان به تفاوت در نحوه عملکرد اپراتور اشاره کرد.

نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که می‌توان ميانگين تحيل استخوان (میلی‌متر) در معاينه بالينی را از روی ميزان تحيل استخوان در راديوجرافی CMOS با دقت بيش از ۹۹ درصد پيش‌بینی نمود. در جستجوهای به‌عمل‌آمده، مطالعه‌ای که ميانگين تحيل استخوان

References

- [1] Novak MJ. Classification of diseases and conditions affecting the periodontium. In: Newman MG, Takei HH, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza's clinical periodontology. 11th ed, St Louis, Elsevier Saunders Inc 2012; 34-54.
- [2] Armitage GC. Clinical evaluation of periodontal diseases. *J Clin Perio* 1995; 7(1): 39-53.
- [3] Hausmann E. Radiographic and digital imaging in periodontal practice. *J Clin Perio* 2000; 71(3): 497-503.
- [4] Armitage GC, Svanberg GK, Loe H. Microscopic evaluation of clinical measurements of connective tissue attachment levels. *J Clin Perio* 1997; 4(3): 173-90.
- [5] ToruN,Ryuji H, Makoto Y. Three-dimensional alveolar bone morphology analysis using computed tomography. *J Periodontol* 1998; 66: 584-9.
- [6] White SC, Pharoah MJ. Oral Radiology Principles and Interpretation. 6th ed, Philadelphia: Mosby Co, 2014; 41-333.
- [7] Chiristgau M, Hiller KA, Schmalz G, Kolbeck C, Wenzel A. Accuracy of quantitative digital subtraction radiography for determining changes in calcium mass in mandibular bon: An in vitro study. *J Periodontal Res* 1998; 33(3): 138-49.
- [8] Javidi M, ShojaRazavi A, Esmaili H. A comparison between conventional and digital radiography in estimating the working length of root canal. *J Mash Dent Sch* 2006; 30(1-2): 33-40. [Farsi]
- [9] Eickholz P, Hausmann E. Accuracy of radiographic assessment of interproximal bone loss in intrabony defects using linear measurements. *J Eur Oral Sci* 2000; 108(1): 70-30.
- [10] Akesson L, Hakansson J, Rohlin M. Comparison of panoramic and intraoral radiography and pocket probing for the measurement of the marginal bone level. *J Clin Perio* 2001; 19(5): 326-32.
- [11] Haghaniar S, Jenabian N, Tajalli P. Accuracy of bitewing radiography in posterior teeth interdental bone resorption. *J Mash Dent Sch* 2006; 30(3-4): 201-6. [Farsi]
- [12] EzadiniArdakani F, Molla R, Akbari S, HaerianArdakani A, JavadiShalmani J. Evaluation the accuracy of panoramic, periapical and bite wing radiography in detection of alveolar bone loss in periodontitis. *J Yazd Dent Sch* 2006; 15(2): 22-30. [Farsi]
- [13] Shah Ayoobi M, Hekmatian E, Adib Rad M, BahadorGhobadi A. Evaluation the accuracy of vertical bitewing and bisector periapical radiography in detection of anterior mandibular bone loss using the grid sheet. *J Isf Univ Med Sci* 2009; 3(5): 126-32. [Farsi]
- [14] Talaeipor AR, Panjosh M, SoleimaniShayeste Y, Abesi F, Sahba S. Assessment of radvisiography

- precision in evaluation of interdental bony lesion. *J Teh Dent Sch* 2004; 20(1): 12-20. [Farsi]
- [15] Mehdizadeh M, Maarefat N, Nazeri R. Comparison of accuracy of determining the distance between alveolar crest and CEJ in digital radiography with two image processing software programs. *J Isf Univ Med Sci* 2014; 10(1): 31-7. [Farsi]
- [16] ShamlouMahmoudi N, Safi Y, Ansari H, Afshari S. Comparison of digital and conventional radiography in evaluating horizontal alveolar bone loss. *J Tabib shargh* 2009; 11(2): 49-56. [Farsi]
- [17] Moradi Haghgoo, Poursafar F, Ghasri S, Khoshhal M, Torkzaban P, Arabi SR, et al. Comparative study of accuracy in E speed intraoral films, PSP intraoral digital system and panoramic digital systems (PSP & CCD) for identifying the extent of alveolar bone loss in patients with chronic periodontitis. *J Hamadan Univ Med Sci* 2014; 21(1): 41-8. [Farsi]
- [18] Faghihi Sh, Shahidi Sh, Vasegh S. The reliability and comparison of linear measurements of intraosseous periodontal lesions by conventional periapical and digitized radiographs. *J Shz Univ Dent* 2004; 5(1,2): 88-96. [Farsi]

Evaluation of the Accuracy of Digital Bitewing Radiography (CMOS) in Detection of Interdental Alveolar Bone Loss in Posterior Teeth

Z. Tafakhori¹, S. Doostaki¹, M. Sheikh Fatholahi¹, M.S. Seyedebrahimi Nejad²

Received: 18/10/2016 Sent for Revision: 08/11/2016 Received Revised Manuscript: 23/11/2016 Accepted: 26/11/2016

Background and Objective: Radiographic examination has an important role in diagnosis and treatment of periodontal patients, so this study was performed to determine the accuracy of digital bite wing (CMOS) radiography in alveolar bone resorption.

Materials and Methods: This cross-sectional study was performed on 61 teeth of 16 periodontal patients referred to the periodontology department of Rafsanjan Faculty of Dentistry. The patients were selected using available sampling. The patients were examined by a periodontist and the distance of Cemento Enamel Junction (CEJ) to the alveolar crest, after injection if needed, was measured by William's periodontal probe with accuracy of 1 mm, in mesial and distal surfaces of the premolars and first molars. Then digital bite wing radiography was taken from the patients and the mentioned distance was determined by CMOS linear software analysis program by an oral radiologist. Data were analyzed using paired t-test and simple linear regression.

Results: The results showed that the mean of alveolar bone resorption (mm) in CMOS radiography is significantly less than clinical examination ($p<0.001$). By simple linear regression model, the mean of alveolar bone resorption (mm) in clinical examination, is predictable from the amount of alveolar bone resorption on CMOS radiography with accuracy of more than 99%.

Conclusion: Digital bite wing radiography (CMOS) measures the mean of interproximal alveolar bone resorption in posterior teeth less than clinical examination, but regarding the high accuracy of CMOS radiography measures (more than 99%) in predicting probe depth, it might be possible to apply this radiography in detecting the interdental alveolar bone loss of posterior teeth.

Key words: Bone loss, Digital bite wing radiography (CMOS), Probing, Rafsanjan

Funding: This study was funded by research deputy of Rafsanjan University of Medical Sciences.

Conflict of interest: None declared.

Ethical approval: The Ethics Committee of Rafsanjan University of Medical Sciences approval the study.

How to cite this article: Tafakhori Z, Doostaki S, Sheikh Fatholahi M, Seyedebrahimi Nejad MS. Evaluation the Accuracy of Digital Bitewing Radiography (CMOS) in Detection of Interdental Alveolar Bone Loss in Posterior Teeth. *J Rafsanjan Univ Med Sci* 2017; 15(10): 967-76. [Farsi]

¹ Assistant Prof., Dept. of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

(Corresponding Author): Tel: (034) 34280031, Fax: (034) 34280008, E-mail: ztafakhori@yahoo.com

² Assistant Prof., Dept. of Periodontology, Faculty of Dentistry, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

³ Assistant Prof., Dept. of Epidemiology and Biostatistics and Member of Occupational Environment Research Center, Medical School, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

⁴ Student of General Dentistry, School of Dentistry, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran